

Bytom dnia: 2019-04-09

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet Nr 1 Nożyczki różne

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 105 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 230 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 2602 lub 300 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek o dł. 185 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie nożyczek nieutwardzanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 165 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 2 Kleszczyki chirurgiczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Hartman o dł. 90 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Hartman 2x1 ząbek, o dł. 90 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Halsted o dł. 125 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 3 Pensety

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 105 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie pęsety Semken od l. 125 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 110 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 115 mm, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania pęsety chirurgicznej czy anatomicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga pęsety anatomicznej.

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 100 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 140 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza. .

Pakiet nr 4 Narzędzia różne chirurgiczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie imadła Crile Wood o dł. 200 mm i szer. oczka w szczęce 0,4 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 170 mm, i szer. szczęk 1mm. Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga szczek gładkich a jednocześnie wymaga zrozmiaru ząbków o szer. 0,3mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ.

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie imadła Mayo-Hegar o dł. 160 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie imadła Mayo-Hegar o dł. 200 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kaniuli o wym. 1,2x 80 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie kaniuli o wym. 1,8x 80 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie igły o dł. 190 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie igły o dł. 190 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 180 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania imadła z zamkiem czy bez zamka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga imadła z zamkiem. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 6 Narzędzia laryngologiczne różne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie noża o dł. całkowitej 220 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie szczękorozwieracza bez szpatułki językowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie mikrokleszczykow o wym. 7x0,5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie uchwytu do pętli o dł. 290 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.5 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania perforatora dla dzieci czy dla dorosłych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wymaga perforatora dla dzieci.

Pakiet nr 37 Kontenery sterylizacyjne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kontenera o wymiarze wraz z pokrywą 590x290x135 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie kosza drucianego bez pokrywy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie filtrów pakowanych po 500 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 4 do 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 4 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

