

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-11-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku II, środki ochrony osobistej maski typu FFP2, FFP3 oraz kombinezon ochronny biologicznej typu TYVEK dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Pakiet 4 Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

Przeznaczenie:	respiratory i aparaty do znieczulenia
Materiał obudowy SBC	
Opór przepływu	przy 30l /min 2,4 cm H <sub>2</sub> O
Objętość oddechowa V <sub>T</sub>	70 - 250 ml
Masa	21 g
Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa)	30 ml
Skuteczność filtracji bakteryjnej	99,9999%
Skuteczność filtracji wirusowej	99,999%
Hydrofobowa warstwa filtrująca	
Nawilżanie	przy V <sub>t</sub> =250ml 33,6 mg/l
Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.	
Złącza	22MM/15F - 22F/15M
Port kapno	luer-lock z koreczkiem zabezpieczającym
Czas stosowania	do 24 godz.

***Odpowiedź Zamawiającego:***  
***Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

**Pakiet 4 Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy o następujących parametrach:

Zastosowanie	dorośli i dzieci
Powierzchnia filtracyjna	25 cm <sup>2</sup>
Opór przepływu	przy 30 l/min 0,5 cm H <sub>2</sub> O przy 60 l/min 1,4 cm H <sub>2</sub> O przy 90 l/min 2,76 cm H <sub>2</sub> O
Objętość oddechowa V <sub>T</sub>	150 - 1500 ml
Masa	21 g
Przestrzeń martwa	33 ml
Skuteczność filtracji bakteryjnej	>99,9999%
Skuteczność filtracji wirusowej	>99,999%
Złącza	22M/15F - 22F/15M
Port kapno	z koreczkiem zabezpieczającym
Czas stosowania	24 godz.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Administracji i Technicznych  
Szpitala Specjalistycznego im. J. Piłsudskiego w Białymostku  
*Wojciech Wiśniewski*