



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Instytut Kardiologii

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Alpejska 42
04-628 Warszawa

Warszawa, dnia 30.10. 2019 r.

Znak sprawy: **ZP.072.2019**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (03)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień i dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„Echokardiografy z wyposażeniem”

Pytanie nr 1:

Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet 2 ECHOKARDIOGRAF Z WYPOSAŻENIEM, Pkt.217
Prosimy o potwierdzenie, że pod zapisem kompatybilności systemu z posiadanymi aparatami oraz systemem archiwizacji wystarczające jest wskazanie aparatu oraz systemu pracującego w Instytucie Kardiologii, który jest kompatybilny z oferowanym aparatem poprzez np. wymianę sond oraz poprzez możliwość podłączenia i wysyłania danych obrazowych do systemu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet 2 ECHOKARDIOGRAF Z WYPOSAŻENIEM, Pkt.221
Prosimy o zaakceptowanie stacji roboczej, która jest zaprojektowana do pracy tylko w wariancie jednostanowiskowym, natomiast umożliwia podłączenie dodatkowych aparatów usg w standardzie DICOM w celu gromadzenia danych?

Odpowiedź: TAK

Równocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia: **04.11.2019r.** na dzień: **07.11.2019r.**

Ponadto Zamawiający, zgodnie z art.12a ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu. Po opublikowaniu ogłoszenia zostanie ono zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zastępca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych
[Podpis]
mgr Zygmunta Mroziński