

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Kilińskiego 29  
08-110 Siedlce

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **dostawa odczynników oraz dzierżawa automatycznego analizatora do technik metodą Elisa dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **Elisa i odczynniki/513/2025**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1** w zakresie zadania nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych ELISA do diagnostyki przeciwciał Borrelia w klasie IgG i IgM, w których bufor płuczący jest 10-krotnie skoncentrowany?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 2** w zakresie zadania nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższych produktów niebędących wyrobami medycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974)?

- bufor czyszczący do analizatora
- końcówki pipetujące
- płyty do rozcieńczeń do analizatora

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę**

**Pytanie nr 3** w zakresie zadania nr 1: Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 9, § 1 pkt. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania napraw serwisowych do 48h (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii, jeżeli Wykonawca zapewni reakcję serwisową w okresie 24h od zgłoszenia awarii?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ**

**Pytanie nr 4 w zakresie zadania nr 1:**

Czy Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia przeciwciał przeciwko Borrelia IgG i IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym?

Jeżeli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych zestawów do oznaczeń w klasie IgM dla surowicy i PMR?

W powyższej sytuacji zwracamy się z prośbą o podanie ilości opakowań dedykowanych dla surowicy oraz dla płynu mózgowo-rdzeniowego w klasie IgM, które należy wycenić.

Jeżeli Zamawiający nie będzie wykonywał oznaczeń przeciwko Borrelia IgG i IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym, zwracamy się z prośbą o modyfikację pkt. 4 w załączniku nr 2 – formularz cenowy, poprzez wykreślenie konieczności przedstawiania metodyki wykonania oznaczeń w PMR.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** W związku z omyłką w nazwie zadania nr 1, Zamawiający informuje, że oczekuje dzierżawy analizatora do oznaczania przeciwciał anty-Borrelia w klasie IgM i IgG w surowicy i nie oczekuje przedstawiania metodyki wykonania oznaczeń w PMR. Stosowne Zmiany zostały opublikowane na stornie prowadzonego postępowania w dniu 06.06.2025r.

Zamawiający

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  
*Angelika Ambroziewicz*