



**SZPITAL**  
**SPECJALISTYCZNY**  
IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

Wrocław dnia: 11.05.2025 r.

**Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza**  
**we Wrocławiu**  
ul. Warszawska 2  
52-114 Wrocław

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa oraz montaż sprzętu medycznego – elektroencefalograf –  
1 szt. w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych  
przez Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Numer referencyjny: ZP-396/2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**  
**ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza**, udostępnia poniżej treść zapytań do Zaproszenia do składania ofert wraz z wyjaśnieniami:

**1. Pytanie dotyczy §7 pkt. 4.1.b zapisów umowy**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu na naprawę sprzętu z 10 dni do 21 dni roboczych z gwarancją sprzętu zastępczego na czas naprawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na naprawę sprzętu z 10 dni do 21 dni roboczych z gwarancją sprzętu zastępczego na czas naprawy, pod warunkiem, że sprzęt zastępczy dostarczony jest na koszt Gwaranta i posiada parametry nie gorsze niż sprzęt przekazany do naprawy.



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY**  
**ŚLĄSK**



**SZPITAL  
SPECJALISTYCZNY**

IM. A. FALKIEWICZA WE WROCŁAWIU

“Dbamy o każde życie”

## 2. Pytanie dotyczy §5 pkt. 3 zapisów umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie terminu płatności do 30 dni.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności faktury do 30 dni.

## 3. Pytanie dotyczy Załącznika nr 4 - Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Czy Zamawiający nie zechciał by rozszerzyć wymagań o dodatkowe Szkolenie z zakresu ciągłego monitorowania funkcji mózgu (CFM) u noworodków – zastosowanie aEEG i NIRS w opiece neonatologicznej, z elementami praktycznymi i warsztatowymi, którego wartość oscyluje w okolicach 7 tyś. Netto

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres szkolenia opisany w pkt 70 parametrów technicznych powinien obejmować wszystkie funkcjonalności oferowanego urządzenia, w tym zakres opisany przez Wykonawcę w pytaniu. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych odpłatnych szkoleń w ramach przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający



Szpital Specjalistyczny  
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu  
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław  
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY  
ŚLĄSK**