



Limanowa dnia: 2024-08-29

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów medycznych ujęte w 7 zadaniach.

Numer referencyjny: NZ-26-2024-57-D-P-A

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dot. § 1 ust. 2 umowy Czy zamawiający zmieni czas dostaw „na cito” z 2 dni na 2 dni robocze?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Dot. § 14 ust. 4 umowy Jaki podmiot zamawiający ma na myśli wskazując UCK, jak podmiot przetwarzający dane ?

Odpowiedź: W par 14 ust 4 Zamawiający prostuje błąd pisarski. Zamiast "UCK" ma być "Szpital"

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej? Jeśli tak proszę o dodanie postanowienia do umowy, określającego, iż za datę podpisania umowy uznaje się złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze stron.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. Kwestię daty zawarcia umowy (złożenia oświadczenia woli) regulują przepisy prawa i nie ma potrzeby regulacji umownych w tym względzie

Pytanie 4

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia: Zadanie 2, poz. 1-5,7,9-10, Czy zamawiający wydzieli poz. 1-

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



1/2

5,7,9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

Zadanie 3, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę po odpowiednim przeliczeniu

Pytanie 5

Dot. Zadania nr 5 – Kaczki, miski, nerki jednorazowego użytku 2 lata

Do poz. 1 – Czy zamawiający dopuści kaczkę wykonaną z włókna celulozowego, o pojemności 875 ml.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

Zadanie 4, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękaw, na którym napisy (a raczej napis) są w języku angielskim z dostarczeniem instrukcji w języku polskim? Napisy znajdujące się na rękawie dotyczą tylko zmiany przebarwienia, jest to praktycznie jedno słowo, dlatego wymóg napisów w języku polskim jest bezzasadny i uniemożliwia zaoferowania produktów wielu wiodących producentów spoza terytorium Polski.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Zadanie 4, poz.1

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt posiadał kartę techniczną producenta potwierdzającą spełnienie parametrów oraz dokument potwierdzający brak cytotoksyczności w oparciu o laboratoryjne badania wg ISO 10993-5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 8

Zadanie 4, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie papieru o rozmiarze 90 x 90 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Zadanie 4, poz. 4

Ze względu na zaprzestanie produkcji opisanego produktu prosimy o dopuszczenie zamiennika o następujących parametrach: Fioletowe, odporne na przedarcia arkusze przeznaczone do sterylizacji parą wodną, o wysokiej gramaturze 83g/m², z dodatkową warstwą ochronną. Absorpcja powierzchniowa 80g/m². Wytrzymałość na rozciąganie MD - 1.9 kN/m, CD - 0.9 kN/m, Wydłużenie MD – 70%, CD – 120%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający