

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa lampy operacyjnej sufitowej wraz z montażem.

Numer referencyjny: 117-P-24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Ad1 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja natężenia światła odbywa się w 4 krokach w zakresie 37 000-130000 Lux ?
2. Ad4 Czy Zamawiający dopuści lampę, w której średnica pola roboczego d10 wynosi 240mm? Jest to niewielka różnica w porównaniu z wymaganiami SIWZ.
3. Ad5 Czy Zamawiający dopuści Lampę w kształcie koła o średnicy 28 cm? Wielkość kopuły nie ma wpływu na parametry światła
4. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?
5. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?
6. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

7. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.
8. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?
9. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalację w tzw. "korytkach"?
10. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody
2. Zamawiający nie wyraża zgody
3. Zamawiający nie wyraża zgody
4. Strop drewniany, pierwotnie wykonane mocowanie pod ciężką lampę starego typu z płytą oporową i cylindrycznym tubusem stalowym, zakończonym kołnierzem montażowym z otworami, w poziomie sufitu podwieszanego.
5. Sufit podwieszany jest na wysokości 297,5 cm od powierzchni posadzki. Całkowita wysokość pomieszczenia do stropu właściwego to 343 cm od poziomu posadzki.
6. Szpital posiada agregat, który jest uruchamiany w przypadku zaniku napięcia.
7. W pomieszczeniu nie ma dostępu od góry
8. Istnieje zasilanie do istniejącej lampy operacyjnej, jednak Zamawiający nie ma wiedzy o szczegółach
9. Istnieje zasilanie do istniejącej lampy operacyjnej.
10. Tak, obecnie zamontowana lampa operacyjna jest produkcji FAMED

Pytanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z regulacją natężenia światła w zakresie 10-100% (czyli 11 000 - 110 000 lux) ?
2. Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe ze średnicą pola roboczego wynoszącą 11 cm i 19 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę
2. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

1. Czy Zamawiający może podać wysokość od podłogi do stropu nośnego oraz odległość między stropem nośnym i sufitem podwieszanym. 2. Prosimy o potwierdzenie, że do miejsc montażu urządzeń doprowadzone są niezbędne media elektryczne zasilające urządzenia. Jeśli tak to jakie i gdzie są wyprowadzone? 3. Jeżeli w Sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytach”? 4. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści bezstopniową regulację natężenia światła w zakresie 20%-100%, przy natężeniu światła w odl. 1m 110 000 lux?

6. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści lampę operacyjną o regulowanej średnicy pola świetlnego (d10/d50) Mała plamka 22/12 cm Duża plama 32/16 cm?

7. Prosimy o wyjaśnienie Zamawiającego czy dopuści lampę operacyjną o średnicy głowicy (zewnątrznej) 24 cm?

8. Czy Zamawiający dopuści lampę o stałej temperaturze barwowej 4500 K.

9. Zamawiający może wymagać złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego. Celem obowiązkowej wizji lokalnej jest umożliwienie wykonawcom zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia, których ze względu na ich specyfikę (nietykowość) Zamawiający nie mógł przedstawić w opisie przedmiotu zamówienia. W tym przypadku Zamawiający udzielił najważniejszych informacji do sporządzenia oferty, a nieodbycie wizji lokalnej nie może utrudniać żadnemu wykonawcy ubiegania się o udzielenie zamówienia i obciążać wykonawcę nieuzasadnionymi kosztami odbycia wizji lokalnej. Prosimy o dopuszczenie złożenia oferty bez odbycia wizji lokalnej. Po stronie Wykonawcy i tak ciąży cała odpowiedzialność, aby dostawa i montaż odbył się bez żadnych komplikacji oraz zakłóceń dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Sufit podwieszany jest na wysokości 297,5 cm od powierzchni posadzki. Całkowita wysokość pomieszczenia do stropu właściwego to 343 cm od poziomu posadzki.

2. W pomieszczeniu istnieje zasilanie do istniejącej lampy operacyjnej, jednak Zamawiający nie ma wiedzy o szczegółach instalacji

3. Istnieje zasilanie do istniejącej lampy operacyjnej.

4. Szpital posiada agregat, który jest uruchamiany w przypadku zaniku napięcia.

5. Zamawiający dopuszcza

6. Zamawiający nie wyraża zgody

7. Zamawiający nie wyraża zgody

8. Zamawiający nie wyraża zgody

9. Celem obligatoryjnej wizji lokalnej jest umożliwienie wykonawcom zapoznania się z warunkami realizacji zamówienia, których ze względu na ich specyfikę zamawiający nie mógł przedstawić w opisie przedmiotu zamówienia. Odbycie obligatoryjnej wizji lokalnej ma wpływ nie tylko na decyzję o ubieganiu się o udzielenie zamówienia, ale także na cenę oferty. Zamawiający uwzględnił obowiązkową wizję lokalną ze względu na to, iż budynek jest z XIX wieku i jest objęty gminnym rejestrem zabytków. Dodatkowo Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnych informacji co do opisu przedmiotu zamówienia - w innym wypadku Wykonawcy nie wnosiliby o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie obszaru objętego montażem. W związku z powyższym - Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

1. Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?

2. Czy jest dostęp do stropu od góry (w pomieszczeniu na wyższej kondygnacji, w przypadku stropu Teriva, Akerman, Cear, Fert, Kleina)?

3. Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?

4. Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

5. Czy w miejscu montażu wisi już jakaś lampa, jeśli tak to proszę o podanie producenta i modelu? Prosimy o podanie następujących informacji:

A. Wysokość do stropu oraz typ stropu [kanałowy / gęsto żebrowy / żelbeton / inny:.....] B. Wysokość do sufitu podwieszanego oraz typ sufitu podwieszanego [płyta gipsowokartonowa / kasetony GK (50x50 lub 60x60) / kasetony blacha (50x50 lub 60x60) / inny:] C. Dystans pomiędzy A i B

6. Punkt 4. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony dla lampy, która ma regulowaną średnicę pola roboczego w ustawieniach 18 i 30 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Strop drewniany, pierwotnie wykonane mocowanie pod ciężką lampę starego typu z płytą oporową i

cylindrycznym tubusem stalowym, zakończonym kołnierzem montażowym z otworami, w poziomie sufitu podwieszanego.

2. Nie ma dostępu od góry

3. Sufit podwieszany jest na wysokości 297,5 cm od powierzchni posadzki.

4. Istniejąca lampa to - Famed BHC 502p/302/p - halogenowa

5. Sufit podwieszany jest na wysokości 297,5 cm od powierzchni posadzki. Całkowita wysokość pomieszczenia do stropu właściwego to 343 cm od poziomu posadzki. Sufit podwieszany, systemowy, kasetonowy 60 x 60 cm raster

6. Zamawiający uzna warunek za spełniony dla lampy, która ma regulowaną średnicę pola roboczego w zakresie od 18cm do 30cm

Pytanie nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia światła w zakresie 6 500 – 130 000 lux?

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną wyposażoną w kopułę o średnicy 50 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę

2. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 6

1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji natężenia światła 20 000 - 160 000 lux ?

2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z zakresem regulacji plamy świetlnej 16-28 cm?

3. czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne o średnicy kopuły liczonej z relingiem 60 cm, natomiast średnica samej kopuły wynosi 52 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody

2. Zamawiający dopuszcza

3. Zamawiający nie wyraża zgody

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.