

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy staplerów, ładunków do staplerów oraz wyrobów i narzędzi do zabiegów operacyjnych**
Numer referencyjny: ZP.3311.19-6.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 – Endostaplery

1. **Pytanie:** „Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem kilkukrotnego użytku podczas jednego zabiegu, ładowalny, o długości 100 mm, wyposażony w ładunek z jednorazowym nożem w każdym ładunku i zszywkami okrągłymi w przekroju, ułożonymi naprzemiennie w dwóch podwójnych rzędach. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm lub 4,8 mm do wyboru. Zszywki zamykają się w kształt litery „B”?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie:** „Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 100 mm, zszywki ze stopu tytanu, okrągłe w przekroju, do tkanki normalnej lub grubszej. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm lub 4,8 mm, nóż w ładunku?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie:** „Poz. 3, 4, 5, 6. Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zszywki okrągłe w przekroju?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. **Pytanie:** „Poz. 7. Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny, zagięty, jednorazowego użytku, z uchylną główką, rozmiary:
21mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm
24 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,4-2,2 mm, wysokość otwartej zszywki 4,5 mm
26 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm
29 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,6-2,4 mm, wysokość otwartej zszywki 4,8 mm
32 mm, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1,8-2,6 mm, wysokość otwartej zszywki 5,0 mm
Zszywki okrągłe w przekroju, zamykające się w kształt litery „B”. Ergonomiczna konstrukcja „pokrętła skrzydłowego”, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Zamawiający określi rozmiar staplera podczas składania zamówienia?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk

/podpis/