

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 1

1.Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku, odźwiernika, jelit i dróg żółciowych; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: **6-7-8 mm, 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15mm, 15-16,5-18 mm, 18-19-20 mm**; znacznik radiologiczny na końcu dystalnym i proksymalnym; oznaczenie środka balonu; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; długość balonu 55 **lub 80mm**; **długość prowadnika 2300mm**; min. średnica kanału roboczego **2,3mm**;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3.Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem, długość narzędzia **1200mm**, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; **w opakowaniu 10 sztuk** oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą, , długość narzędzia **1200mm**, minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm; **w opakowaniu 10 sztuk** oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 3

Zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, w składzie: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem **145cm**, nasadka typu OptiVu z sześcioma gumkami, przedostatnia przezroczysta sygnalizująca pozostanie jednej opaski, nasadka w rozmiarze **9.4-13.0**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 4

Owalna pętla do polipektomii jednorazowego użytku, wykonana z plecionego drutu 0,47 mm; średnica pętli **10, 15, 20, 24 mm**. Długość narzędzia 230 cm. Rękojeść skalowana co10mm. Pakowane osobno w sterylne opakowania posiadające 4 nalepki informacyjne do dokumentacji medycznej. 10 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne oraz szczęki aligatora z igłą oraz bez (do wyboru zamawiającego), łyżeczki standardowe oraz o powiększonej objętości, uchylne do biopsji stycznych, kolor szary, pomarańczowy, niebieski w zależności od długości, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1200mm, 1800mm lub 2300mm do wyboru

zamawiającego, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu **2,3 mm**; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; oddzielnie zapakowane w sterylne pakiety szczypiec.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7

Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły **0,5 mm** i głębokości nakłucia **5mm**. Kąt ścięcia ostrza igły 25°. Średnica narzędzia 2,3mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablockowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 9

Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, **rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm** stopień zagięcia ramion klipsa **135 stopni**, długość narzędzia 2300mm. **Brak** Możliwości repositionowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 10

Pułapka czterekomorowa na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowym wieczkiem, o długości silikonowej rurki 150mm, z czterema widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem siatek. Pakowana pojedynczo, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. **Pakowana po 50 sztuk.**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

*p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Lech Litwin /-/*