

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **14/14PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15

Pakiet 28

1. Czy w pozycji 4 Wymogów granicznych dla podłoży mikrobiologicznych Zamawiający wyrazi zgodę na podanie adresu strony internetowej zawierającej kolorowe zdjęcia podłoży chromogennych i wyrosłych kolonii, zamiast dostarczać kolorowe ulotki w wersji papierowej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wyraża wstępną zgodę, po uzgodnieniu warunków technicznych w przypadku wyboru oferty. Na tym etapie nie zostaną wprowadzone zmiany w umowie.

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą dodanie paragrafu w umowie:

§ X

„Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.”

3. IV.6, SWZ, Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą lub dostawą instrukcji obsługi, deklaracji CE, certyfikatów jakości, metodyk i kart charakterystyki odnoszących się do przedmiotu zamówienia w pakietach 23 i 28 i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą dostępne w/w materiały do samodzielnego pobrania ? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów. Strona Wykonawcy została stworzona po to, by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

4. Dotyczy pakiet 28, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na terminy ważności podłoży stałych min. 4 tygodnie od daty dostawy oraz podłoży płynnych min.6 tygodni zgodnie z zaleceniami producenta podłoży?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytania do Umowy:

5. §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na wykonanie dostawy zgodnie z zamówieniem do 72 godzin od uznania reklamacji ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. §10 – Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 439 Ustawy

Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie: Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający