



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Instytut Kardiologii

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Warszawa dnia: 2019-08-01

dot. ZP.047.2019

<Wszyscy Wykonawcy>

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ (01)

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień oraz dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt: **RTG cyfrowy z wyposażeniem**

Pytanie 1

W związku z dostawą 2 szt. aparatów RTG, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

93.	Koszty licencji podłączeniowej do PACS NetRAAD (producent CompuGroup Medical Polska) pokrywa oferent	TAK			X
-----	--	-----	--	--	---

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa rezonansu magnetycznego oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów RTG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Dostawa rezonansu magnetycznego oraz jego uruchomienie nie jest przedmiotem zamówienia. Gwarancja zgodnie z zapisami SIWZ.

109	Okres gwarancji na aparat min. 60 miesięcy.	TAK, podać			X
110	Gwarancja obejmująca wymianę wszystkich dostarczonych akumulatorów (np. aparat, kasetę, detektor i inne) związanych z funkcjonowaniem zaoferowanego aparatu w ciągu min. 60 miesięcy.	TAK, podać			X



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający informuje że w związku z omyłkami pisarskim w SIWZ, dokonuje zmian które zostały zaznaczone kolorem czerwonym w załączniku. Aktualnie obowiązujący dokument Zamawiający załącza do niniejszego dokumentu

Ponad to Zamawiający informuje że zmianie ulega załącznik 5 do SIWZ, a pierwotna wersja traci ważność. Aktualnie obowiązujący dokument. Zamawiający załącza do niniejszego dokumentu.

Ogłoszenie nie ulega zmianie.

Załączniki:

- 1)SIWZ- tekst ujednolicony
- 2)Załącznik 5 do SIWZ