



Poznań dnia 29.05.2025 r.

Nr sprawy: ADZP-381-42/25

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: „Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZnMiD - (przeglądy, konserwacja i naprawy pogwarancyjne aparatury medycznej) cz.II”, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej “SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1:** Dot. Pakiet nr 9: Aparaty elektrochirurgiczne BOWA Zwracamy się z prośbą o podanie dat planowanych przeglądów urządzeń znajdujących się w pakiecie. Informacja ta jest niezbędna do sporządzenia rzetelnej oferty, ponieważ pierwotne zapisy wskazują na wykonanie usługi w siedzibie Zamawiającego i Wykonawca musi wiedzieć jaką ilość dojazdów powinien uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź:** Aparat elektrochirurgiczny ARC 350 – kolejny przegląd do :18.02.2026  
Aparat elektrochirurgiczny ARC 400 – kolejny przegląd do :18.02.2026.

**Pytanie nr 2:** Dot. Pakiet nr 9: Aparaty elektrochirurgiczne BOWA Generatory elektrochirurgiczne f-my BOWA, do wykonania okresowych badań technicznych zgodnie z wymaganiami producenta oraz zapisami Ustawy o wyrobach Medycznych (art. 63) wymagają specjalistycznego oprogramowania serwisowego, które umożliwia wprowadzenie urządzeń w dedykowany tryb serwisowy wymagany do prawidłowego dokonania pomiarów. Oprogramowanie to udostępniane jest autoryzowanym przedstawicielom serwisowych przez producenta. Producent wyposaża ich również w niezbędne testery, które dostępne są wyłącznie u producenta. Wnioskujemy o potwierdzenie, że z uwagi na powyższe, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dla Pakietu nr 9 posiadania autoryzacji producenta diatermii.

**Odpowiedź:** Posiadanie autoryzacji producent jest jako kryterium oceny oferty.

**Pytanie nr 3:** Dot. Pakiet nr 9: Aparaty elektrochirurgiczne BOWA Wnioskujemy o potwierdzenie, że z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dla Pakietu nr 9 dysponowania osobami posiadającymi certyfikaty ze szkoleń serwisowych odbytych u wytwórcy diatermii BOWA lub organizowanych przez inne upoważnione przez wytwórcę podmioty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagać dysponowanie osobami posiadającymi certyfikaty ze szkoleń serwisowych.**

**Zgodnie z zapisami § 3 Umowy: Wykonawca oświadcza, że:**

**posiada wymagane uprawnienia, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do wykonania wszelkich świadczeń wynikających z postanowień Umowy w sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania Umowy oraz zgodnie z zapisami § 1 Umowy:**

**Wykonawca oświadcza, iż realizacją Umowy zajmować się będą wykwalifikowani pracownicy Wykonawcy, osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji, napraw określonego sprzętu / aparatury medycznej, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń.**

**Wykaz pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotowej usługi i numery kontaktowe stanowi załącznik nr 2 do Umowy.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych  
**/ - / Marek Dakowski**

*Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, tel. +48 61 61 62 559, e-mail: [katarzyna.krolska@szoz.pl](mailto:katarzyna.krolska@szoz.pl), [zampub@szoz.pl](mailto:zampub@szoz.pl)*