

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595

Białystok, 14.10.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN- 56/24/10/1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym PN -56/24/10 na usługę serwisową urządzeń centralnej sterylizacji.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

Pytania dotyczą projektu umowy oraz przedmiotu zamówienia – załącznika nr 8

1. Harmonogram przeglądów jest informacją poglądową, nie może być wyznacznikiem konieczności ich wykonania. Zgłoszenie przeglądu powinno pozostać po stronie Zamawiającego. Wykonawca powinien zostać pisemnie poinformowany o potrzebie wykonania przeglądu z 7 dniowym wyprzedzeniem na podstawie rzeczywistych ilości cykli, które wskazuje urządzenie. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1.1 oraz § 4 ust 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia zapis § 3 ust.1 pkt 1.1 i § 4 ust 1 i 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

§ 3 ust.1 pkt 1.1

„Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o potrzebie wykonania przeglądu z 7 dniowym wyprzedzeniem na podstawie rzeczywistych ilości cykli, które wskazuje urządzenie”.

§ 4 ust 1 i 2

Zamawiający usuwa zapis § 4 ust 1 i 2 i dodaje zapis w brzmieniu:

„Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o potrzebie wykonania przeglądu z 7 dniowym wyprzedzeniem na podstawie rzeczywistych ilości cykli, które wskazuje urządzenie”.

2. Możliwość dokonywania zgłoszeń oraz diagnostyki powinna odbywać się w czasie standardowej pracy Serwisu t. j. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, dlatego prosimy o stosowną zmianę w §3 ust.1 pkt 1.2 oraz załączniku nr 8

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia zapis §3 ust.1 pkt 1.2 oraz załącznika nr 8, który otrzymuje nowe brzmienie:

1.2. Zdalna diagnostyka i obsługa serwisowa aparatu

- Zdalna diagnostyka, Utrzymanie

„- Możliwość dokonywania zgłoszeń oraz diagnostyki w czasie standardowej pracy Serwisu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00”

- Inżynierowie świadczący serwis powinni posiadać dostęp do legalnych kodów serwisowych potwierdzonych umową licencyjną lub oświadczeniem producenta.

3. Wykonawca może zaoferować następujące warunki realizacji napraw. Czas reakcji na zgłoszona awarię:

- 48 h. na przedstawienie Zamawiającemu kosztorysu naprawy - Po otrzymaniu pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od Producenta termin naprawy ulegnie wydłużeniu do 14 dni roboczych. W przypadku akceptacji powyższych warunków przez Zamawiającego prosimy o naniesienie stosownych zmiany w projekcie umowy oraz przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia zapis § 4 pkt. 8, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną awarię: - 48 h na przedstawienie Zamawiającemu kosztorysu naprawy - Po otrzymaniu pisemnej akceptacji kosztów przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od Producenta termin naprawy ulegnie wydłużeniu do 14 dni roboczych”

4. Proponujemy Zamawiającemu uzupełnienie §7 projektu umowy o stawkę roboczogodziny, która będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy w taki sposób, że dodaje pod tabelą:

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w SWZ.

L.p.	Nazwa usługi/części zużywalnej	J.m.	Ilość szt.	Ilość przeglądów	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Stawka VAT (%)

„Wartość oferty brutto wynosi :zł”

„Stawka brutto za 1 roboczogodzinę wynosizł, stawka podatku VAT.....%”

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w §7 projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:

1.Wartość umowy brutto, obejmująca podatek od towarów i usług wynosi :zł

1a.Cena brutto 1 roboczogodziny wynosizł

5. Maksymalna do zaakceptowania dla Wykonawcy wysokość kary umownej o której mowa w §8 ust 1 pkt A

to 0,1 % wartości umowy brutto. Kara umowna wynikająca ze zwłoki w realizacji usługi może zostać naliczona jedynie w przypadku gdy Wykonawca przekroczy 7 dniowym termin realizacji usługi od momentu zgłoszenia konieczności przeglądu przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie dotyczące formularzu oferty -załącznika nr 1

6. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie ilości przeglądów dla poszczególnych urządzeń jakie Zamawiający przewiduje wykonać podczas okresu trwania umowy.

Odpowiedź: Ilość przeglądów dla poszczególnych urządzeń podczas okresu trwania umowy:

Uniclean PL I 2 szt. - 2 przeglądy

Uniclean PL II 2 szt. - 2 przeglądy

Myjnia U600 1 szt. – 2 przeglądy

Myjnia U550 1 szt. – 2 przeglądy


Suszarka ATOS 1 szt. – 2 przeglądy

Selectoamt PL 9 jednostek – 4 przeglądy

Selectoamt PL 6 jednostek - 4 przeglądy

Selectoamt PL 2 jednostek – 4 przeglądy

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych


mgr Iwona Kisiel

