

Bytom dnia: 2025-01-13

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pytanie 1 :


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 151 zestawu do inwazyjnego pomiaru ciśnienia IPC do kardiomonitora Infinity Delta ze zintegrowanym zamkniętym systemem do pobierania próbek krwi. Zestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową z minimalną przestrzenią zalegania dł. 195cm (180cm + 15cm linie ciśnieniowe + kranik trójdrożny ze zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek krwi z antybakteryjną powłoką z jonami srebra), z wbudowaną w system strzykawką aspiracyjną zapewniającą powrót krwi do pacjenta, przetwornik z systemem płuczającym 3ml/h z dwoma możliwościami przepłukiwania. Linia płuczająca z suwakową klemą do czasowych przerw w infuzji zakończona biuretą z filtrem

częstkowym. Zestaw kompatybilny z kablami typu Hospira, ICU, Abbott poprzez wodoszczelny wtyk bezpinowy „RJ”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny nr 2, z siedzibą w Warszawie nr 135 ul. 6
ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. w brzmieniu: Dz. U. z 2024
poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specjalności Wykonawców Zamówienia
(zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Wyjaśnienie nr 1

Wyjaśnienie nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w zakresie (1) zestawu do inwazyjnego
pomiaru ciśnienia IBC do kardioportera Infiniti Deltis ze zintegrowanym zmiennym
systemem do pobierania próbek krwi. Zestaw wyposażony w polekowy kanał
pomiarowy z minimalnym przesłaniem sygnału - do 1300 Hz (1800 Hz) i 1500 Hz
ciężarów + kanał trójkanałowy zintegrowany z pomiaru do pobierania
próbki krwi z antybakteryjną powłoką z jonami srebra, z wbudowaną w system
szyszkawką aspiracyjną zapewniającą przewożenie krwi do pacjenta, przetworzik z
systemem odczynu 3mL z dwoma niezależnymi przedktywami. Linia płucowa z
anulazową klemą do czasowych przeryw w celu: ekstrakcji powietrza z filtru