

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 15/15PN/2019/8

Bytom dnia: 2019-06-17

## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,  
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**pakiet 14**

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych czystych mikrobiologicznie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych mocowanych za uszami, czystych mikrobiologicznie, długość drenu 2,1m.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych czystych mikrobiologicznie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 22**

poz1

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego bakteryjno wirusowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, czysty mikrobiologicznie, elektrostatyczny, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność p/ bakteryjna i p/ wirusowa min >99,99%, złącze kolankowe, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi, przestrzeń martwa do 75ml, objętość oddechow min 200 ml, waga do 40g, pakowany pojedynczo

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

poz2

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego bakteryjno - wirusowego, czysty mikrobiologicznie, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna i p/ wirusowa min >99,9999%, złącze kolankowe, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi, przestrzeń martwa do 75ml, objętość oddechow min 200ml, waga do 35g, pakowany pojedynczo

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

poz3

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowy bakteryjno - wirusowy, bakteryjno - wirusowy, sterylny, elektrostatyczny, skuteczność p/ bakteryjna i skuteczność p/ wirusowa min >99,999%, złącze proste, możliwość podłączenia kapnometrii, zatyczka portu kapno na uwięzi, przestrzeń martwa do 50ml, objętość oddechow 150-1000 ml, waga do 35g, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza.**

### **Dotyczy SIWZ i projektu umowy**

#### **1. Dotyczy: wzór umowy, par. 8 ust. 1 wzoru umowy**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „W przypadku nie zrealizowania dostawy w terminie określonym w umowie, lub nie dostarczenia pełnej ilości i rodzaju zamawianego przedmiotu umowy, bez względu na przyczynę zwłoki, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki.”

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

#### **2. Dotyczy: wzór umowy, par. 11 ust. 1 i 2 wzoru umowy:**

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający nie wyraża zgody.***

#### **3. Dotyczy: wzór umowy**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zastrzeżenia, iż terminy wynikające z niniejszej umowy (wymiany towaru, zwłoki, etc.) naliczane będą w dniach roboczych, rozumianych jako: od poniedziałku do piątku.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający potwierdza, iż zmieni zapis umowy na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.***

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

