

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SWZ

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego n w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu znak sprawy: 17/17PN/2021.

Zamawiający zawiadamia, iż zmodyfikował załącznik A do SWZ pakiet nr 69 – SIATKI CHIRURGICZNE I, – po przez zmianę opisu :

Stare brzmienie:

2.

Niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m² (+/-10%), całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%): porowatość 91% (+/-5%) wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna nić o grubości 120µm.

Nowe brzmienie:

2.

Niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m² (+/-10%), całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%): porowatość 91% (+/-5%) wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna nić o grubości 120µm. O wymiarze 10 x 15 cm.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany załącznik A do SWZ – pakiet nr 69 stanowi integralną część SWZ.

Podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wiczorek

Pakiet nr 69 - SIATKI CHIRURGICZNE I

CPV 33184100-4

Zmodyfikowany Załącznik A do SIWZ

| Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent / numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Szacunkowa ilość na okres 1 roku | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
|---------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------|----------------|
| 1. | 2. Jednorazowy zestaw do korekcji Cystocele, składający się z : siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50x65mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 0,7 x 0,7mm, grubość 0,3mm i gramaturze 28,4g/m² oraz jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metoda przezasłanową techniką "out-in". | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | | | | 1 szt. | | | |
| 2. | Niewchłaniałne, makroporowate, polipropylenowa lekka siatka z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m² (+/- 10%), całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%) wielkość porów 2,76 mm, bezbarwna nić o grubości 120µm. O wymiarze 10 x 15 cm. | | | 160 szt. | | | |
| 3. | Siatka do naprawy przepuklin ze 100% polipropylenu monofilamentowego, lekka, rozmiar 15x15cm, gramatura 38g/m², grubość 38mm. | | | 10 szt. | | | |
| 4. | Siatka chirurgiczna do naprawy przepuklin, częściowo wchłaniałna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego powłoczonego wchłaniałnym związkiem kwasu poliglikolowego, czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m², rozmiar 6 x 11 cm, grubość siatki 0,55 mm | | | 8 szt. | | | |
| 5. | Siatka częściowo wchłaniałna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego powłoczonego wchłaniałnym związkiem kwasu poliglikolowego i kapolactonu o gramaturze po wchłonięciu 28g/m², rozmiar 15x15cm. | | | 2 szt. | | | |
| RAZEM: | | | | | | * | |