



SZPITAL POWIATOWY
w Limanowej
Imienia Miłosierdzia Bożego
ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa
www.szpitallimanowa.pl
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Limanowa dnia: 2025-05-07

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy materiałów medycznych ujętych w 5 zadaniach asortymentowych.

Znak sprawy: NZ-26-2025-39-D-P-LW

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie nr 1 do pakietu nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o specyfikacji :
Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT i opuszczenia narządu rodowego. Wykonana jest z niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm.

Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm

1/3

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Końce taśmy zwężone zakończone są pętelkami z nici. Taśma w plastikowej, dwuczęściowej osłonce, niezachodzącej na siebie.

Odpowiedź: Tak

Zestaw 2

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu nr 1: Poz. 1

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. Ramion po 17,5 cm z każdej strony, siatka z dodatkową górną wypustką; wymiary siatki: szerokość 6,3 cm x 12 cm, wypustka o wymiarze: szerokość 6,3 cm x 4,0 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm. W zestawie znajduje się igła wielorazowego użytku do implantacji siatek przez pośladki? Długość 27 cm. Igła 1/2. Ø 10,5 cm. Otwór dla nici 6 x 3 mm. Poręczna rękojeść. Technika z dojścia przezpośladkowego?

Odpowiedź : Tak

Pytanie 2 Poz. 2

Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w siatek przez pośladki?

Odpowiedź: Oferent posiadający igłę w zestawie nie wypełnia poz. 2

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu nr 2: Poz. 1

Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z dwoma ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion po 17,5 cm z każdej strony, siatka z dodatkową górną wypustką; wymiary siatki: szerokość 6,3 cm x 12 cm, wypustka o wymiarze: szerokość 6,3 cm x 4,0 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm. W zestawie znajduje się igła wielorazowego użytku do implantacji siatek przez pośladki? Długość 27 cm. Igła 1/2. Ø 10,5 cm. Otwór dla nici 6 x 3 mm. Poręczna rękojeść. Technika z dojścia przezpośladkowego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4: Poz. 1a

Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w siatek metodą przezzaślonoową techniką "out-in"?

Odpowiedź: Jeżeli w zestawie z siatką występuje igła wielorazowa, oferent nie wypełnia poz. 1a

Pytanie 5 Poz. 2

Siatki do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, z polipropylenu monofilamentowego, implanty o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion od 18,5-20 cm z każdej strony, do wyboru 4 rozmiary korpusu: o wysokości 5 cm, 6 cm, 7,5 cm oraz 9 cm; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6 Poz. 2a

Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w siatek metodą przezzaślonoową techniką "out-in"?

Odpowiedź: Pozycje wypełnia oferent nieposiadający igły w zestawie z siatką

Pytanie 7 Czy Zamawiający dopuści do przetargu w zadaniu nr 3: Poz. 1

Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 50-55 cm, szerokości 0,8 cm, w środkowej części wypustka o szerokości 1,2 cm (wyznaczenie środka, ułatwia implantację), taśma o grubości 0,34 mm, grubości nici

0,15 mm, rozmiar porów 1 x 1,25 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², taśma o atraumatycznych, laserowo ciętych brzegach, bez osłonki.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 8 Poz. 2

Igła wielokrotnego użytku do implantacji w/w taśm metodą przezzasłonową. Długość 22 cm. Igła 1/2. Ø 6,5 cm. Otwór do przeciągnięcia nici 6 x 3 mm. Poręczna rękojeść. TOT; technika in-out i out-in lub długość 22 cm. Igła 1/2. Ø 8,5 cm. Otwór do przeciągnięcia nici 6 x 3 mm. Poręczna rękojeść. TOT; technika in-out i out-in?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający