

Białystok, 2022-05-05

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 15/22/10/1

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji znak sprawy: PN-15/22/10 na dostawę myjni dezynfektorów do basenów.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Ad. tabela lp. 7

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowanie myjni dezynfektora o budowie kompaktowej o szerokości 500mm, głębokości 450mm i wysokości 1730 mm. Urządzenie stojące na posadzce, trwałe o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, całość obudowy bez elementów z tworzyw sztucznych, zbiornik wody, drzwi komory oraz komora mycia głęboko tłoczona wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej o jakości stali kwasoodpornej określonej przez PN EN 10088. Mylnia o proponowanych wymiarach, z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantuje zarówno załadunek jak i odbiór umytych i zdezynfekowanych naczyń na ergonomicznej wysokości, co ułatwia pracę personelu obsługi.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w specyfikacji warunków zamówienia.

2. Ad. tabela lp. 14 i lp. 15

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z pompą dozującą wyłącznie środek odkamieniający. W przewidzianej do zaoferowania myjni podobnie jak w nowoczesnych myjniach innych wiodących producentów dozowanie detergentu jest zbędne, gdyż domywanie naczyń następuje przez silne strumienie wody kierowane przez kilkanaście dysz w większości rotacyjnych. Dodatkowo należy dodać, iż przedmiotowa mylnia dezynfektor dysponuje certyfikowanym programem do usuwania spor *Clostridium difficile* bez konieczności stosowania środka myjąco-dezynfekującego. Brak konieczności użytkowania drugiej pompy dozującej detergent przynosi korzyści zarówno przy zakupie (niższa cena) jak i przede wszystkim w czasie eksploatacji (cena detergentu w zależności od rodzaju i wymagań serwisowych producenta myjni to nawet kilka set złotych za 5 litrowy pojemnik). Zaznaczyć należy, iż stosowanie detergentu nie ma wpływu na stopień dezynfekcji, gdyż w myjniach (termo-dezynfektorach) do basenów i kaczek wymagana jest dezynfekcja termiczna oparta o współczynnik Ao który zgodnie z PN-EN ISO 15883-1 może być zaprogramowany od Ao60, aż do Ao3000.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w specyfikacji warunków zamówienia.

3. Ad. tabela lp. 27

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka pisarska odnośnie wymagania dostarczenia łącznie z myjnią dezynfektorem preparatu biobójczego z cząsteczkami srebra o działaniu wirusobójczym do zamgławiania, ponieważ funkcja zamgławiania w myjni-dezynfektorze nie występuje.

Odpowiedź: nastąpiła pomyłka pisarska odnośnie wymagania dostarczenia łącznie z myjnią dezynfektorem preparatu biobójczego z cząsteczkami srebra o działaniu wirusobójczym do zamgławiania. W pozostałej części zamawiający podtrzymuje zapisy.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel