

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 16/16/PN/2019/8

Bytom dnia: 2019-07-15

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmi informujemy, iż w dniu 2019-07-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 8

Poz. 1, 2

Prosimy o podanie, czy czujnik ma być wpinany do kabla przedłużającego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pakiet 13

Poz. 2, 4

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 3

Prosimy o dopuszczenie pęsety o długości 20 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie elektrody z kablem o długości 5 m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18

Poz. 1, 2, 5, 6

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 5, 6 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 3m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 3m

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 37

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze białym

Odpowiedź Zamawiającego:

Żółty - Zgodnie z SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

