

Bytom dnia: 2021-01-19

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na na zakup i dostawę Tomografu Komputerowego II dla Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, nr sprawy: 38/38 PN/ 2020..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Czy użyte w tym wymaganiu określenie: "...wymaganych w Dz.U. Nr 51 poz. 265 z dnia 9.03.2011 r. i Roz. Min. Zdr. z dnia 18.02.2011..." należy rozumieć jako "ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu MZ z dnia 12.11.2015" czyli zaoferować fantom do testów podstawowych TK spełniający wymagania Rozporządzenia MZ z dnia 12.11.2015, czy też rozumieć literalnie, to jest oferując fantom do testów podstawowych skanera TK spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu z dnia 18.02.2011 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Należy zaoferować fantom lub zestaw fantomów umożliwiający wykonanie wszystkich testów podstawowych kontroli jakości w tomografii komputerowej opisanych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych.***

2. Czy wraz z fantomem do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości skanera TK należy dostarczyć licencję na oprogramowanie do analizy obrazów testowych z funkcją generowania raportów, archiwizacji raportów i obrazów testowych, przypominania o terminie testów itp. ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

***Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

3. Czy zestaw do kalibracji monitorów należy dostarczyć jako element wyposażenia do kontroli jakości ?

Kalibracja monitorów jest zabiegiem serwisowym i związana jest z okresową obsługą monitorów, w związku z tym zestaw do kalibracji monitorów powinien zostać dostarczony przez dostawcę monitorów i być dedykowany do tych monitorów. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MZ codzienne testy podstawowej kontroli jakości monitorów polegają na ocenie wzrokowej obrazu TG18QC. W zestawie do kontroli jakości powinno się raczej

znaleźć oprogramowanie albo arkusz kalkulacyjny do prowadzenia dokumentacji codziennych testów podstawowych monitorów.

***Odpowiedź Zamawiającego:***

***Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

