



oznaczenie sprawy: AZP-261-28/2024

Zamawiający:

Instytut Biologii Doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
"Instytut Nenckiego PAN",
02-093 Warszawa.
e-mail: przetargi@nencki.edu.pl

Do:

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

*z art. 135 i art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320)
dalej jako „Pzp”.*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego o wartości powyżej 663 105,00 zł, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp pn. **Dostawa odczynników laboratoryjnych stosowanych w pracach naukowo-badawczych z dopuszczeniem składania ofert częściowych - II etap**, znak sprawy: **AZP-261-28/2024**,

- ✓ **Część nr 3 - Odczynniki laboratoryjne Bioshop lub równoważne,**
- ✓ **Część nr 6 - Odczynniki laboratoryjne Promega lub równoważne.**

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 9.10.2024 r., w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, Zamawiający:

- udziela odpowiedzi jak niżej (pkt. 1),
- wprowadza do Specyfikacji Warunków Zamówienia poniższe zmiany (pkt. 2).

1. Na podstawie art. 135 Pzp:

1) Pytanie:

„Dzień dobry, w zestawieniu asortymentowo-cenowym nr 2.6 w pozycji nr 1 został podany niepełny numer katalogowy (6011). Czy Zamawiający ma na myśli E6011?”

Odpowiedź:

W świetle nadesłanych informacji Zamawiający modyfikuje numer katalogowy odczynnika laboratoryjnego l.p. nr 1, w kolumnie B Załącznika nr 2.6_Zestawienia asortymentowo-cenowe na E6011, co zostaje uwzględnione w pkt. 2 niniejszego pisma.

2) Pytanie:

„1. Pytanie (do części nr 3)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o indywidualną ocenę czy równoważność będzie zachowana w przypadku zaoferowania w pozycji 13 – produktu wyspecyfikowanego w załączniku nr 1?”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał indywidualnej oceny równoważności i dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia równoważnego, o parametrach przedstawionych w karcie charakterystyki, dla odczynnika laboratoryjnego dla l.p. 13 (kolumna A) Załącznika nr 2.3_Zestawienie asortymentowo-cenowe do SWZ.

3) Pytanie:

„2. Pytanie (do części nr 3)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o indywidualną ocenę czy równoważność będzie zachowana w przypadku zaoferowania w pozycji 26 – produktu wyspecyfikowanego w załączniku nr 2?.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał indywidualnej oceny równoważności i dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia równoważnego, o parametrach przedstawionych w karcie charakterystyki, dla odczynnika laboratoryjnego dla l.p. 26 (kolumna A) Załącznika nr 2.3_Zestawienie asortymentowo-cenowe do SWZ.

4) Pytanie:

„3. Pytanie (do części nr 3)

Czy w przypadku pozycji 20 Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 op. po 250 mg i odpowiednim przeliczeniu całości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?.”

Odpowiedź:

W świetle nadesłanych informacji Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania także 2 opakowań po 250 mg dla odczynnika laboratoryjnego l.p. 20 (kolumna A).

Wykonawca może dokonać odpowiedniego przeliczenia, wprowadzając zmian w Załączniku nr 2.3_Zestawienie asortymentowo-cenowe do oferty, poprzez dopisanie w kolumnie C informacji: „2x250 mg”. Wykonawca, w cenie jednostkowej PLN kolumna G ("Cena jednostkowa netto (PLN)") zobowiązany jest podać cenę za 500 mg odczynnika laboratoryjnego.

5) Pytanie:

„4. Pytanie (do części nr 3)

Czy w przypadku pozycji 12 Zamawiający dopuści zaoferowanie 2 op. po 500g i odpowiednim przeliczeniu całości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?.”

Odpowiedź:

W świetle nadesłanych informacji Zamawiający dopuszcza możliwości zaoferowania także 2 opakowań po 500 g dla odczynnika laboratoryjnego l.p. 12 (kolumna A).

Wykonawca może dokonać odpowiedniego przeliczenia, wprowadzając zmian w Załączniku nr 2.3_Zestawienie asortymentowo-cenowe do oferty, poprzez dopisanie w kolumnie C informacji: „2x500 g”. Wykonawca, w cenie jednostkowej PLN kolumna G ("Cena jednostkowa netto (PLN)") zobowiązany jest podać cenę za 1 kg odczynnika laboratoryjnego.

2. Na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp w Załączniku nr 2.6_Zestawienie asortymentowo-cenowe do SWZ L.p. 1 kolumna B „Numer katalogowy Promega” otrzymuje brzmienie: „**E6011**”.

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany Załącznik nr 2.6_Zestawienie asortymentowo-cenowe _10.10.2024_aktualny.

Przestaje obowiązywać Załącznik nr 2.6_Zestawienie asortymentowo-cenowe zamieszczony w dniu 17.09.2024 r.

Załącznikiem do niniejszych wyjaśnień treści SWZ są także karty charakterystyki dla równoważnych odczynników laboratoryjnych, o których mowa powyżej.

Udzielone wyjaśnienia są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są dla wszystkich Wykonawców wiążące.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert nie został przedłużony.



instytut biologii doświadczalnej
im. Marcelego Nenckiego PAN

Zamówienia Publiczne, Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel.: (48-22) 589 2213;
fax: (48-22) 822 53 42, e-mail: przetargi@nencki.edu.pl; <http://www.nencki.edu.pl>

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań, jedynie zwiększa konkurencyjność postępowania, wprowadzając zmiany korzystne dla potencjalnych wykonawców, a czas pozostający do składania ofert jest wystarczająco długi na przygotowanie ofert.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Dyrektor Instytutu