

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2020/20

Bytom dnia: 2020-06-24

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet 127. Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy otwarcia 10mm, 15mm, 25mm oraz 32mm (do wyboru przez Zamawiającego), plecione z drutu o grubości 0,3mm (dla rozmiarów 10mm i 15mm) oraz o grubości 0,41mm (dla rozmiarów 25mm i 32mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza pętle o grubości 0,3mm (pętle 10mm, 15mm).

Zamawiający dopuszcza pętle o grubości 0,41mm (pętle 25mm, 32mm).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

