

Bytom dnia: 2025-06-13

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17

Pytanie nr 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 9. „Odczynnik do badań histopatologicznych” parafiny granulowanej do mikroskopii do badań histopatologicznych o temp. topnienia 56-58° C. Pozostałe parametry bez zmian

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza parafinę granulowaną przejrzystą o temp. Topnienia 56-58° C

Pytanie nr 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie nr 7. „Utrwalacz do preparatów cytologicznych” że przez cenę jednostkową netto rozumie cenę proponowanej wielkości opakowania

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Koordinator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło