

Poznań, dnia 13.11.2024 r.

Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na **zakup i dostawa spektrometru FTIR z przystawką ATR wraz z odsprzedażą starego spektrometru FTIR**, nr sprawy ZP3/3051/24.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2024 poz. 1320) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści spektrometr FTIR wyposażony w beamsplitter KBr?

Wyjaśnienie:

Tak dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści spektrometr FTIR z biblioteką startową z 10.000 wpisów substancji chemicznych?

Wyjaśnienie:

Tak dopuszcza (im większa tym lepiej).

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści spektrometr FTIR bez możliwości rozbudowy w przyszłości o układ z mikroskopem IR?

Wyjaśnienie:

Nie - aparat powinien mieć możliwość rozbudowy na układ z mikroskopem IR.

Pytanie nr 4:

**Projektowane postanowienia umowy – KARY UMOWNE § 7 ust. 4**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt b) nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości umowy brutto.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 4 na następujący:

„4. Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt b) nie może przekroczyć 30 % całkowitej wartości umowy brutto.”



Pytanie nr 5:

**Projektowane postanowienia umowy – KARY UMOWNE § 7 ust. 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt c) nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości umowy brutto.”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 5 na następujący:

„5. Wysokość kary umownej naliczonej za zwłokę na podstawie ust. 1 pkt c) nie może przekroczyć 30 % całkowitej wartości umowy brutto.”.

Pytanie nr 6:

**Projektowane postanowienia umowy – KARY UMOWNE § 7 ust. 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Łączna maksymalna suma kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości umowy brutto, określonej w § 2 niniejszej umowy.”

*Uzasadnienie: Przedstawione w § 7 kary umowne są jednostronne i nie chronią Wykonawcy, zabezpieczając jedynie Zamawiającego.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający zmienia zapis § 7 ust. 6 na następujący:

„6. Łączna maksymalna suma kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 40 % całkowitej wartości umowy brutto, określonej w § 2 niniejszej umowy.”.

  
ZAKŁAD KANCELARZA  
ds. Logistyczno-Administracyjnych  
mgr Maria Buzińska

