

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „Dostawę leków, immunoglobulin i materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku” – znak sprawy Z.II.260.022.Zp.2021.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 1.

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60 x 190 cm,
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55 x 88 cm,
- 2 x serweta boczna 75 x 90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37 x 90cm, przylepna,
- 1 x serweta dolna 175 x 200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50 x 75 cm, przylepna,
- 1 x serweta górna 150 x 240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50 x 75cm, przylepna,
- 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2 x 11 cm,
- 4 x ręcznik chłonny z włókna Spunlace 30 x 40 cm.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m² a w obszarze krytycznym 116g/m², o odporności na penetrację płynów >200 cm H₂O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stół Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości zestawu oraz 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 1.

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem,
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm z folii PE ze wzmocnieniem 55 x 88 cm,
- 2 x serweta boczna 90 x 75 cm, ze wzmocnieniem 60 x 25 cm,
- 1 x serweta dolna 175 x 190 cm, ze wzmocnieniem 67 x 25 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów,

- 1 x serweta górna 240 x 150 cm ze wzmocnieniem 67 x 25 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów,
- 1 x taśma lepna włókninowa 9 x 50 cm,
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20 x 30 cm.

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na penetrację płynów >1505 cm H₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pylących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m².

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii o poniższym składzie:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm,
- 1 x osłona na stół Mayo 80 x 142 cm,
- 1 x osłona na kończynę 36,5 x 72 cm,
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 30 x 20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem,
- 1 x osłona na kamerę video 13 x 240 cm składana teleskopowo,
- 1 x serweta do artroskopii 221/290 x 322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze min. 55g/m², o odporności przenikanie płynów min. 150 cm H₂O i pojemność absorpcji >145 ml/m². I klasa palności. Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 2.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawu do artroskopii z workiem, który posiada pionowe i poziome kształtki usztywniające, które umożliwiają uformowanie i utrzymanie kształtu worka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem z polipropylenu,
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm ze wzmocnieniem,
- 1 x kocyk dla noworodka 100 x 105 cm,
- 2 x ręcznik chłonny 20 x 30 cm,
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196 x 249 x 300 cm kształt T, z otworem 30 x 36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą na płyny 270° z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50 x 65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki

40 x 60 +/- cm. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu z warstwą komfortu (trilaminat o gramaturze max. 66g/m² o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 3.

Czy w związku z manewrowaniem w czasie wyjmowania noworodka zamawiający oczekuje aby serweta posiadała wzmocnienia chłonne o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro t.j. powyżej 570 kPa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 7 Dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 3.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą do cięcia cesarskiego, która posiada dwa wzmocnienia chłonne: jedno wokół otworu i drugie w miejscu okrywającym kończyny pacjentki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 8 Dotyczy Pakietu nr 11, poz. nr 4: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawu z serwetą do cięcia cesarskiego, która posiada dwa wzmocnienia chłonne: jedno wokół otworu i drugie w miejscu okrywającym kończyny pacjentki?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dopuszcza ale nie wymaga.

**p.o. Dyrektora
SPZZOZ w Nisku
mgr inż. Roman Ryznar
*/podpisano elektronicznie/***