

Numer postępowania : **ZP-271-44/24**

Kraków, dnia: 17.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Dostawa wyrobów medycznych (endoprotezy, ekspandery, implanty, siatki, szew haczykowy)”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 135 ust. 2, 6 w zw. art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

Pytanie nr 1

Część 1 pkt 2: Endoproteza o kształcie anatomicznym:

Endoproteza o kształcie anatomicznym

produkt sterylny

ważność sterylności produktu minimum 4 lata

powłoka gładka

wypełniona w 100% żelalem silikonowym

zintegrowany system mocowania implantów do tkanki

radiologiczne wskaźniki położenia implantu

bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelalu do organizmu na całej powierzchni

wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej

minimum 3 warstwy elastomeru

pełny zakres rozmiarów: średnica od 11 cm do 13,5 cm, minimalny zakres pojemności 250 cm³, max zakres

pojemności 600 cm³

2 projekcje, 3 wysokości

bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy
certyfikat CE

gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg skali Bakera.

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt o następującej specyfikacji:

- Endoproteza o podstawie okrągłej
- proteza przyjmująca kształt anatomiczny pod wpływem grawitacji
- produkt sterylny
- ważność sterylności produktu minimum 4 lata
- powłoka gładka
- wypełniona w 100% żelem silikonowym
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni
- wizualny wskaźnik obecności warstwy barierowej
- minimum 3 warstwy elastomeru
- paszport elektroniczny (RFID) ułatwiający identyfikację implantu
- pełny zakres rozmiarów: średnica od 9 cm do 14,5 cm (min. zakres pojemności 130 cm³-max zakres pojemności 965 cm³)
- 4 projekcje
- bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy
- certyfikat CE
- gwarancja 10 lat na pęknięcie oraz torebkę obkurczającą III i IV wg. skali Bakera

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Zmianie ulega załącznik 1a do SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w części nr 6 pozycja 2 zgodzi się na zaoferowanie szwu jak w opisie ale z igłą o długości 19 mm, krzywizna igły 3/8 koła, igła precyzyjnie odwrotnie tnąca? Reszta bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy dostawy (Załącznik 3b), §4, ust.2:

Biorąc pod uwagę, że wybór oferty może prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a co za tym idzie – Wykonawca może nie być płatnikiem VAT,

uprzejmie prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu na przykład przez dodanie frazy „dotyczy Wykonawcy będącego płatnikiem VAT”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.