

Białystok, 2022-07-20

*Wszyscy uczestnicy
postępowania*

PN- 24/22/10/1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę stołu operacyjnego z osprzętem oraz zestawu artroskopowego 4K UHD dla Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – znak sprawy PN-24/22/10

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu podjęcia działań naprawczych do 48h.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin podjęcia działań naprawczych do 48h.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy niewymagającego zamówienia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas naprawy niewymagającego zamówienia części zamiennych z zagranicy do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia

3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy wymagającego zamówienia części z zagranicy do 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża czas naprawy wymagającego zamówienia części z zagranicy do 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

4. Termin dostawy – wydłużenie do 15 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy do 15 tygodni od daty podpisania umowy.

5. Dot. Części nr 2 – Zestaw artroskopowy 4K UHD

Prosimy o uszczegółowienie ilości poniższych elementów Zestawu artroskopowego 4K:

Poz. 51 – ilość Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px

Poz. 103 – ilość Rękojeść shavera

Poz. 143 – ilość Optyki Artroskopowe

Poz. 150 – ilość Światłowodowy

Poz. 153 – ilość Kontener do sterylizacji

Odpowiedź:

Poz. 51 – ilość Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px – 3 szt.

Poz. 103 – ilość Rękojeść shavera – 3 szt.

Poz. 143 – ilość Optyki Artroskopowe – 3 szt.

Poz. 150 – ilość Światłowodów – 3 szt.

Poz. 153 – ilość Kontener do sterylizacji – 3 szt.

6. Dot. § 4 ust. 4 lit. d) oraz 5 ust. 1 lit. d) wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstrzymanie biegu terminu reklamacji po wstawieniu sprzętu zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wstrzymanie biegu terminu reklamacji po wstawieniu sprzętu zastępczego.

W związku z wprowadzonymi zmianami na mocy art. 137 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych został przedłużony:

termin wykonania zamówienia do 15 tygodni od daty podpisania umowy (pkt. V swz)


termin składania ofert na dzień 01.08.2022 godz. 9:00 (strona tytułowa swz oraz pkt XIX swz)

termin otwarcia ofert na dzień 01.08.2022 godz. 9:30 (strona tytułowa swz oraz pkt. XX swz)

termin wnoszenia wadium 01.08.2022 r. (pkt. XVIII swz)

termin związania ofertą 02.11.2022 r., (pkt. XVI swz)

**KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych**


mgr Iwona Kisiel