

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **dostawa odczynników oraz dzierżawa automatycznego analizatora do technik metodą Elisa dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.**

Numer referencyjny: **Elisa i odczynniki/513/2025**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 W odniesieniu do zapisów SWZ, dotyczących wymagań zestawów odczynnikowych:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu, który ma wszystkie odczynniki gotowe do użycia, a jedynie bufor płuczący jest 20X stężony i wymaga rozcieńczenia przed jego pierwszym użyciem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak , Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 W odniesieniu do zapisów SWZ, dotyczących wymagań technicznych analizatora Elisa

- Pkt 3: „Identyfikacja i lokalizacja odczynników i próbek pacjentów za pomocą wewnętrznego czytelnika”
- Pkt 5: „Monitorowanie stanu odczynników i materiałów zużywalnych poprzez wyświetlanie odpowiednich informacji”

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, które zapewniają funkcjonalność w zakresie:

1. Lokalizacji i identyfikacji odczynników – poprzez interaktywny wizar użytkownika, prowadzący krok po kroku podczas procesu załadunku, z jednoznaczną identyfikacją pozycji i rodzaju odczynnika . (bez wewnętrznego czytelnika).
2. Monitorowania odczynników i materiałów zużywalnych – w oparciu o dane wprowadzane przy załadunku prób pacjentów , z przeliczeniem wymaganej objętości poszczególnych odczynników , względem zleconej liczby

testów, bez ciągłego monitoringu w czasie rzeczywistym ich zużycia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak , Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczenia Wykonawcy jako potwierdzenie spełnienia wymagań dla aparatu, w przypadku gdy instrukcja obsługi urządzenia nie potwierdza wprost określonych parametrów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 Dotyczy umowy § 1 pkt. 15

Czy Zamawiający wydłuży czas napraw serwisowych wykonywanych przez Wykonawcę z 24 godzin do 48 od momentu zgłoszenia awarii?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 Czy Zamawiający uzna warunek,, Możliwość ilościowego oznaczenia przeciwciał w klasie IgM i IgG w surowicy,, za spełniony jeśli producent zestawów przewidział zastosowanie zmianowanej kontroli cutt off, której przypisuje wartość 10 BBU co pozwala na uzyskanie wyniku ilościowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 Załącznik nr 2. Zadanie nr 1. Parametry techniczne analizatora pkt. 4:

Czy zamawiający dopuszcza analizator bez płytek titracyjnych? Analizator nie potrzebuje płytek titracyjnych, ponieważ jest to technika monotestu Elisa, każdy pasek testowy posiada dołki, w których następują rozcieńczenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak , Zamawiający dopuszcza

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Angelika Ambroziewicz

REFERENT
Emilia Mikołajczuk
Emilia Mikołajczuk