

Nisko dnia: 2024-05-21

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku**
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.020.Zp.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

W odniesieniu do Zadania 1, punkt 7 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie analizatora hematologicznego, w którym wielkość aspirowanej próbki w przypadku płynów z jam ciała jest inna niż w specyfikacji. W przypadku płynów z jam ciała, których pozyskanie może stanowić pewną trudność zwłaszcza u noworodków czynnikiem limitującym możliwość wykonania oznaczenia powinna być objętość próbki, z której analizator może przeprowadzić badanie. W związku z tym, wnosimy o dopuszczenie analizatora, którego objętość całkowita próbki (włącznie z objętością martwą) wynosi 110 µl przy objętości aspirowanego materiału 85 µl. Pozwoli to na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo większej liczbie wykonawców.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku
Paweł Tofil**

/podpisano elektronicznie/