



**Zduńskowolski Szpital  
Powiatowy Sp. z o.o.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

Zduńska Wola dnia: 2023-07-25

**Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.**  
**ul. Królewska 29**  
**98-220 Zduńska Wola**  
**Tel. 43 824 4147**  
**email sekretariat@szpital-zdwola.info**

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Dostawa sprzętu medycznego dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. IX"** – znak sprawy **ZSP.ZP.261.42.2023**.

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. Materac piankowy 10 szt.:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac przeciwodleżynowy o wymiarach 200x86x12cm?  
**Odp.: Zgodnie z SWZ.**
2. Materac piankowy 10 szt.:  
Czy Zamawiający dopuści materac z wypełnieniem z pianki wiskoelastycznej o czterech gęstościach w celu lepszego rozłożenia ciężaru ciała pacjenta co wiąże się z działaniem p-odleżynowym odpowiednim dla wszystkich klas odleżyn.  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
3. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne o długości 2200 mm?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

4. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko szpitalne o wymiarach leża 2000x900mm?  
**Odp.: Zgodnie z SWZ.**
5. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie przewyższające wymagane, a mianowicie: leże czterosegmentowe, trzy segmenty wykonane z tworzywowych łatwo odejmowalnych lameli z tworzywa z otworami wentylacyjnymi, segment pleców wykonany z płyty HPL przeźiernej dla promieni RTG – pod spodem szyny służące do umiejscowienia kasety?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
6. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z zakresem regulacji wysokości 370-450mm?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
7. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców unoszonym do kąta 60 stopni?  
**Odp.: Zgodnie z SWZ.**
8. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z kątem unoszenia segmentu nóg 30 stopni?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
9. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością leża 370 mm?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
10. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne tworzywowe?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
11. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści barierki boczne tworzywowe, dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, opuszczane poniżej linii materaca za pomocą jednej ręki ze wspomaganie sprężyn gazowych?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

12. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiające dopuści łóżka z kołami o średnicy 150mm?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
13. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści szczyty wykonane z tworzywa sztucznego wyjmowane za pomocą jednej ręki?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
14. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwa siłowniki hydrauliczne?  
**Odp.: Zgodnie z SWZ.**
15. Łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu 11 sztuk:  
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne – półka na rzeczy pacjenta wysuwana spod leża od strony podnóżka?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**
16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatów, a w zamian dopuści złożenie oświadczenia wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zobowiązującym prawem z zobowiązaniem udostępnienia w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego lub dostarczenie dokumentów wraz z dostawą?  
**Odp.: Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie zobowiązującym prawem i dostarczenia certyfikatów wraz z dostawą.**
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 219,3 mm, co nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 800 x2000 mm?  
**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o wymiarach 870 x2000 mm?  
**Odp.: Zgodnie z SWZ.**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) [sekretariat@szpital-zdwola.info](mailto:sekretariat@szpital-zdwola.info)  
Numer KRS: 0000445866

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 998 mm, co nie wpływa na walory użytkowe łóżka?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

21. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami metalowymi wypełnionymi płytą tworzywową HPL?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

22. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionymi płytami z polipropylenu?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 35-91 cm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-40°, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi chroniącymi pacjenta na całej długości leża, poruszającymi się w słupkach stanowiących część szczytów łóżka?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 150 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

27. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną bez użycia nanotechnologii srebra, która w dłuższej perspektywie może stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

28. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z szufladami o wysuwie jednostronnym (prowadnice rolkowe), z dostępem do nich zarówno z lewej, jak i prawej strony (odejmowany, przekładany blat boczny, który można zamontować z lewej lub prawej strony szafki, bez użycia narzędzi)?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

29. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych, z ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej





98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

30. blachy stalowej malowanej proszkowo, z blatami oraz frontami szuflad wykonanymi z płyty tworzywowej typu HPL?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

31. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową o wysokości 87,5 cm, szerokości 55,5 cm, głębokości 45,1 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

32. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

33. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym bez możliwości pochylecia blatu na boki?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

34. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z blatem bocznym regulowanym za pośrednictwem sprężyny gazowej umieszczonej w aluminiowej obudowie?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

35. Czy w związku z pkt. 14 tabeli Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

36. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową składającą się z dwóch szuflad oraz otwartej półki między nimi?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

37. Czy w związku z pkt. 17 Zamawiający dopuści szafkę przyłózkową z uchwytami wykonanymi ze stopu w kolorze szarym?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

38. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisem SWZ, w związku z tym, że zakup realizowany jest w ramach Projektu grantowego pn. "Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do**



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

**niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, którego termin wykonania projektu ubiega z ostatnim dniem lipca, koniecznym jest zrealizowanie zamówienia w jak najkrótszym czasie.**

39. Czy Zamawiający wydzieliłóżka i szafki do odrębnego pakietu?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

40. Czy Zamawiający dopuści stół do pielęgnacji noworodków o wymiarach powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm oraz blatem tapicerowany i otoczonym z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

41. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacją wysokości blatu bocznego: 745 – 990 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

42. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne regulowane o zwiększonym udźwigu fabrycznie nowe, z rokiem produkcji 2021 r.?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

43. Pkt 1 tabeli parametrów technicznych - Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli aparat współpracuje z głowicami szerokopasmowymi posiadającymi obrazowanie wieloczęstotliwościowe i obrazującymi na jednej z aktualnie wybranych częstotliwości?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

44. Pkt 3 tabeli parametrów technicznych - Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli aparat posiada obrazowanie harmoniczne z przesunięciem fazy?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

45. Pkt 9 tabeli parametrów technicznych - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, dla którego producent nie podaje ilości kanałów fizycznych?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

46. Pkt 10 tabeli parametrów technicznych - Ponieważ parametr ten jest opisany nieprecyzyjnie czy Zamawiający uzna za spełniony parametr, jeżeli aparat posiada wzmocnienie 0 –100 oraz zakres dynamiki od 30 –220 dB?



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29  
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 [www.szpital-zdwola.info](http://www.szpital-zdwola.info) sekretariat@szpital-zdwola.info  
Numer KRS: 0000445866

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

47. Pkt 12 tabeli parametrów technicznych -Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, dla którego producent nie podaje pojemności pamięci operacyjnej?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

48. Pkt 15 tabeli parametrów technicznych -Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, dla którego producent nie podaje mocy aparatu, ale którego pobierana moc nie przekracza 100 W?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

49. §4 ust. 11 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas reakcji serwisu biegł w dni robocze(od poniedziałku do piątku)?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający  
PREZES Zarządu  
*Małgorzata Majer*  
.....  
Małgorzata Majer

