

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10

Pakiet 110. Czy Zamawiający dopuści igły o średnicy 0,6 mm lub 0,8 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 112. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o średnicy 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 112. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 oraz 3 do oddzielnego pakietu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 127. Czy Zamawiający dopuści pętle:

- śr. 10 mm oraz 15 mm wykonane z drutu 0,3 mm

- śr. 32 mm wykonane z drutu 0,41 mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

