

Bytom dnia: 2024-02-29

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych II dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,.

Numer referencyjny: 4/4PN/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 31**

1.Czy w pakiecie 1 pozycja 3 Zamawiający dopuści produkt pakowany x 15 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Prosimy o informację czy należy zaokrąglić ilość do pełnych opakowań w górę ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.**

2.Czy w pakiecie 1 pozycja 4 Zamawiający dopuści produkt pakowany x 15 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ? Prosimy o informację czy należy zaokrąglić ilość

do pełnych opakowań w górę ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.**

3.Czy w pakiecie 1 pozycja 5 Zamawiający ma na myśli i wymaga Zestawu do podawania diet dojelitowych uniwersalny do opakowań typu worek lub butelka metodą grawitacyjną o długości 190 cm z komorą kroplową, zaciskiem rolkowym, zamykanym kranikiem do podawania leków oraz łącznikiem do zgłębników typu ENFit. Wolne od lateksu i DEHP ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje iż typu ENFit.**

4.Czy w pakiecie 1 pozycja 6 Zamawiający ma na myśli i wymaga EasyBag Bolus Adaptor - Adapter umożliwiający pobranie diety z worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga worka typu EasyBag strzykawką typu ENFit**

5.Dotyczy § 6 ustęp 1.1 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż kara nie jest od całości umowy a od nierealizowanego zamówienia.**

6.Dotyczy § 6 ustęp 1.2 umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara naliczana od całości umowy jest wyraźnie zawyżona

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisem w umowie.**

7.Dotyczy § 7 ust. 1 umowy. Czy Zamawiający, w przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia ww. reklamacji w ciągu 14 dni?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie.**

Zamawiający

