

Bytom dnia: 2022-05-26

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 132 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników doagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **13/13PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

Pytanie 1 pakiet 18 - Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zaoferowania szczepów wzorcowych z pierwszego pasażu w postaci krążków liofilizowanych pakowanych w fiolkach po 10 sztuk. Krążki ze szczepami całkowicie rozpuszczają się na płytce agarowej lub w bulionie, nie ma konieczności stosowania dodatkowego płynu uwadniającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pytanie 2 pakiet 23 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 20 oznaczeń w opakowaniu z opcja zaokrąglenia „w dół” do 40 testów lub „w górę” do 60 testów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 pakiet 30 pozycja 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie, czy opisując przedmiot Zamówienia jako " Szybki test immunochromatograficzny do identyfikacji 5 karbapenemaz w 1 teście" ma na myśli na jednej kasetce, w tym samym czasie oraz podczas pojedynczej procedury napełnienia testu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający ma na myśli na jednej kasetce.

Zamawiający

