

Kluczbork 13.02.2025r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
Zaproszenia do składania ofert**

**Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
II postępowanie
2/2025/KO**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1

Pakiet 1 poz. 1-3: Czy Zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 2

Pakiet 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści min. gramaturę 1 szt. kompresu 0,69 g?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści min. gramaturę 1 szt. kompresu 1,35 g?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 4

Pakiet 1 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści min. gramaturę 1 szt. kompresu 2,23 g?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 5

Pakiet 1 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści min. gramaturę 1 szt. kompresu 0,73 g?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 6

Pakiet 1 poz. 7: czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą z laminatu: folia + włóknina polipropylenowa o gramaturze 55g/m2, laminat zgodny z norma PN-EN 13795-1 Laminat biozgodny. Odporność na przenikanie cieczy 309,8 cm H₂O, chłonność 397,18%, 218,45 ml/m2 wg. PN-EN ISO 9073-6. Folia laminatu embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK

Pytanie nr 7

Pakiet 1 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści zestaw z 1 ręcznikiem 20x40 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Obecnie taki zestaw jest do Państwa dostarczany

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pytanie nr 8

Pakiet 1 poz. 9: czy Zamawiający dopuści zestaw 2 serwety z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 47g/m2, chłonności min. 286% i odporności na przenikanie płynów 277 cm H₂O rozmiar: 180 x 90cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: TAK.

Pozostałe warunki Zaproszenia bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy