

Pilchowice dnia: 2021-08-30

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
ul. Dworcowa 31
44-145 Pilchowice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
w zakresie zapytania nr 4 Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach".**" – znak sprawy **16/ZP/2021/K**.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami (stanowiskiem):

Zapytanie nr 4

Zadanie nr 10 - Łóżka szpitalne o większej nośności i wysokości z podnośnikiem elektrycznym - 45 szt.

Pkt. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżek szpitalnych z regulowanymi poręczami/barierkami bocznymi dzielonymi obejmujących całą długość łóżka (norma bezpieczeństwa EN 60601-2-52) wykonane z tworzywa odpornego na środki chemiczne i dezynfekcyjno-myjące bez konieczności stosowania ochrony bakteriostatycznej. Główna konstrukcja łóżka oparta na pantografie/kolumnach gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o konstrukcji wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo bez konieczności stosowania dodatków antybakteryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt. 9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o szerokości całkowitej z odbojami 1020 mm, odbiegającej tylko 3 cm od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt. 15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kół o średnicy min. 150 mm z centralną blokadą

kół, co jest rozwiązaniem praktyczniejszym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt.23 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez karty charakterystyki łóżka potwierdzającej antybakteryjność lakieru i tworzywa. Łóżko wykonane z trwałych materiałów i lakieru odpornego na stosowanie wszystkich środków do mycia i dezynfekcji tego rodzaju sprzętu w szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 34 dni z możliwością wcześniejszej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 34 dni.

Zadanie nr 11 - Łóżka szpitalne o większej nośności i wysokości z podnośnikiem elektrycznym oraz wydłużanym leżem - 5 szt.

Pkt. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżek szpitalnych z regulowanymi poręczami/barierkami bocznymi dzielonymi obejmujących całą długość łóżka (norma bezpieczeństwa EN 60601-2-52) wykonane z tworzywa odpornego na środki chemiczne i dezynfekcyjno-myjące bez konieczności stosowania ochrony bakteriostatycznej. Główna konstrukcja łóżka oparta na pantografie/kolumnach gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o konstrukcji wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo bez konieczności stosowania dodatków antybakteryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt. 10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o szerokości całkowitej z odbojami 1020 mm, odbiegającej tylko 3 cm od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt. 12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z manualną regulacją długości leża.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt.15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z możliwością ustawienia łóżka w pozycji Fowlera (pozycja w której pacjent siedzi w pozycji półsiedzącej o innych stopniach).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 17 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o średnicy kół 150 z centralną blokadą kół, co jest rozwiązaniem praktyczniejszym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 27 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez karty charakterystyki łóżka potwierdzającej antybakteryjność lakieru i tworzywa. Łóżko wykonane z trwałych materiałów i lakieru odpornego na stosowanie wszystkich środków do mycia i dezynfekcji tego rodzaju sprzętu w szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 34 dni z możliwością wcześniejszej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 34 dni.

Zadanie nr 12 - Łóżka szpitalne OIOM o większej nośności i wysokości z podnośnikiem elektrycznym - 1 szt.

Pkt.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżek szpitalnych o konstrukcji

pantograficznej/kolumnowej wykonanych z profili stalowych lakierowanych proszkowo lakierem bez dodatków antybakteryjnych, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne z regulowanymi poręczami bocznymi /barierkami dzielonymi obejmujące całą długość łóżka (norma bezpieczeństwa EN 60601-2-52) bez konieczności stosowania ochrony bakteriostatycznej. Posiadające wbudowane sterowanie od strony głowy pacjenta. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie na pantografie/kolumnach gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt.2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka sterowanego panelem centralnym i panelem dla pacjenta, który z wewnętrznej strony barierki jest dla użytku pacjenta, a z zewnętrznej dla personelu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt.3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z zewnętrzną ramą ułatwiającą dostęp do pacjenta, jak również schodzenie pacjentów z łóżka oraz gwarantującą stabilność łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt.6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z systemem pomiaru masy ciała pacjenta zgodnym z norm równoważną, z wyświetlaczem umożliwiającym odczyt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt.7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o długości całkowitej mniejszej tylko o 1 cm, tj. 2210mm z dodatkową możliwością wydłużenia leża o 300mm, co jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt.8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o szerokości całkowitej łóżka 1020mm, co różni się tylko o 3 cm od wymaganej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Pkt.27 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez karty charakterystyki łóżka potwierdzającej antybakteryjność lakieru i tworzywa. Łóżko wykonane z trwałych materiałów i lakieru odpornego na stosowanie wszystkich środków do mycia i dezynfekcji tego rodzaju sprzętu w szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany.

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 34 dni z możliwością wcześniejszej dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy do 34 dni.

Powyższe odpowiedzi nie wpływają na konieczność zmiany terminu składania ofert.

Zamawiający

Danuta Markłowska

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa