

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawy odczynników, kontroli, kalibratorów i części zużywalnych wraz z
dzierżawą analizatorów
Numer referencyjny: ZP.3311.13-3.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** *"Dotyczy Wzór Umowy, § 4 Warunki odbioru przedmiotu umowy, dla zadania 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin przydatności do użytku wynosił 3 miesiące od dnia dostarczenia do Zamawiającego?"*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Pytanie:** *"Dotyczy: Wzór Umowy, § 4 Warunki odbioru przedmiotu umowy, dla zadania 4. Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia faktur korygujących wystawionych na niezrealizowaną i niewykorzystaną ilość testów z reklamowanej kasety sensorowej / pakietu odczynnikowego?"*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/