

Bytom dnia: 2022-04-28

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **""Dostawa sprzętu dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu""** – znak sprawy **9/9PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9

Pytanie: Ilość wyświetlanych kolorów / odcieni szarości na poziomie 10-bit wymagany jest wyłącznie w przypadku zamawiania monitorów opisowych (diagnostycznych). Wiąże się to również z koniecznością wyposażenia systemu w dedykowaną kartę graficzną transferującą do monitora sygnał 10-cio bitowy, jak również pracy ze specjalizowanym oprogramowaniem dającym możliwość wyświetlania obrazów 10-cio bitowych. W przypadku pracy z monitorami przeglądowymi i szeroko rozumianymi pomocniczymi, stosowne Rozporządzenia Ministra Zdrowia nakłada wymóg przesyłu i wyświetlania obrazów z 8-bitową precyzją. Czy zatem zamawiający dopuści monitor z panelem 8-bitowym i tablicą wzorców barwnych (LUT) 10-bit, w pełni spełniający powyższe wymogi. Pozwala to na zaproponowanie tańszego rozwiązania, a spełniającego wymogi ustawodawcy i pełny komfort pracy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Wojciech Wierczorek