

Chełm dnia: 2024-10-17

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
Numer referencyjny: ZP.3311.49-17.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Pakiet nr 1 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 20 ml w opakowaniach po 50 szt. z możliwością przeliczenia i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

2. **Pytanie:** „Pakiet nr 1 poz. 8. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę insulinową z igłą 0,45x13 mm?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. **Pytanie:** „Pakiet nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp w ilości 192 szt.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania 192 opakowań strzykawek, po 25 sztuk w opakowaniu.

4. **Pytanie:** „Pakiet nr 2 poz. 1. Czy zamawiający dopuści aparat do krwi z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Obecnie tylko jeden producent w Polsce spełnia wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. **Pytanie:** „Pakiet nr 9 poz. 1. Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC o długości 62 mm, wolny od ftalanów DEHP, i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, opakowanie jednostkowe folia-papier bez znacznika sterylizacji; sterylny; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **Pytanie:** „Pakiet nr 9 poz. 2. Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych

bursztynowy z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego medycznego PVC o długości 62 mm, wolny od ftalanów DEHP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza dwukanałowa, z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren o dł. 180 cm, objętość wypełnienia drenu 13 ml, dren o średnicy 3 mm, opakowanie jednostkowe folia-papier bez znacznika sterylizacji; sterylne."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Pytanie:** „Pakiet nr 10 poz. 1, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylniej z portem bocznym wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE z koreczkiem samodymkającym się z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki antyzwrotnej w kolorze identyfikującym rozmiar na opakowaniu 100 szt. w rozmiarze 26 G 0,6 x 19 mm, 10 ml/min, 24 G 0,7 x 19 mm, 18 ml/min."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. **Pytanie:** „Pakiet nr 17 poz. 2. Czy zamawiający dopuści przyrząd do aspirowania płynów i leków bez zastawki zabezpieczającej."

Odpowiedź: W w/w pakiecie nie występuje przyrząd do aspirowania płynów i leków.

9. **Pytanie:** „Pakiet nr 17 poz. 2. Czy zamawiający dopuści przyrząd do aspirowania płynów i leków na końcu zakończony zaworem bezigłowym, który również zapobiega wyciekowi leku."

Odpowiedź: W w/w pakiecie nie występuje przyrząd do aspirowania płynów i leków.

10. **Pytanie:** „Pakiet nr 18 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 22 G x 25 mm przepływ 33 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. **Pytanie:** „Pakiet nr 18 poz. 2. Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 20 G x 32 mm i 25 mm przepływ 55 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. **Pytanie:** „Pakiet nr 18 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w rozmiarze 18 G x 45 mm i 32 mm przepływ 85 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. **Pytanie:** „Pakiet nr 15 poz. 5. Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej w systemie zamkniętym zgodnej z opisem: Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym z możliwością podania kontrastu pod ciśnieniem; Cewnik kaniuli wykonany z PUR posiada otwory redukujące; Paski umożliwiające kontrolę położenia kaniuli w promieniach RTG; Komora flashback pozwalająca na wyraźne wizualne potwierdzenie udanego wkłucia do żyły; Mechanizm zabezpieczający igłę typu slide ze słyszalnym kliknięciem- całkowicie i bezpiecznie cofa igłę do korpusu cewnika; Posiada skrzydełka zwiększające stabilność i zapewniające utrzymanie cewnika na miejscu; Dren przedłużający o długości 15 cm z klamrą zaciskową; Wyposażony w zawór bezigłowy; Wyrób medyczny jednorazowy; Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie; Sterylne; Kodowane kolorystycznie zgodnie z kodem ISO; Opakowanie zbiorcze 25 sztuk."

Odpowiedź: W w/w pakiecie nie występuje kaniula bezpieczna.

14. **Pytanie:** „Pakiet nr 18 poz. 7. Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej jego krawędzi w celu zapewniania aseptyki pracy dla personelu medycznego."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania koreczków o podanym parametrze.

15. **Pytanie:** „Pakiet nr 33 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetoczeń z precyzyjnym kołowym regulatorem: Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do 300 ml/h w kształcie koła; Długość drenu 180 cm; Dodatkowy port do iniekcji; Możliwość obsługi jedną ręką; Posiada zacisk rolkowy; Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem; Zakończenie dreny

luer lock; Nie zawiera lateksu, PHT, DEHP, sterylizowany tlenkiem etylenu; Jednokrotnego użytku.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk
/podpis/