

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa testów, wskaźników i innych materiałów zużywalnych w Centralnej Sterylizacji
Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
Numer referencyjny: 02/TP/WU/2025

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ z dnia 28/01/2025 r.

Uczestnik 3

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Powinno być:

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Powinno być:

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

6. Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Powinno być:

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

Zamawiający

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda