

EP.26.46.2023

Warszawa, dnia 12 maja 2023 roku.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Zakup, dostawa i montaż sprzętu wraz z wyposażeniem w ramach programu Wymiana sprzętu na Warszawskich SOR-ach i Izbach Przyjęć**” –  
**sprawa nr EP/33/2023**

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup, dostawa i montaż sprzętu wraz z wyposażeniem w ramach programu Wymiana sprzętu na Warszawskich SOR-ach i Izbach Przyjęć**” SPRAWA NR EP/33/2023, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Pytanie 1. - Dotyczy Zadania nr 2**

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w ramach poszczególnych zadań tj. zadanie 2.1 - Łóżko elektryczne przezerne z wyposażeniem – 12 szt., zadanie 2.2 - Łóżko elektryczne – 7 szt., zadanie 2.3 - Łóżko elektryczne z wyposażeniem (szafka) - 6 szt., zadanie 2.4 - Wózek transportowy – 2 + 1 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie 2. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz bez sygnalizacji o podłączeniu do sieci? Sygnalizowanie stanu podłączenia do sieci nie jest konieczne, gdyż w przypadku niskiego naładowania akumulator poinformuje o konieczności podłączenia łóżka do sieci.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.**Pytanie 3. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 2 i 28) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z diodą LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora znajdującą się na panelu sterowniczym oraz w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych od strony zewnętrznej przeznaczonej dla personelu? Oferowany parametr jest tożsamy ze wskazanym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego długość zewnętrzną 2220 mm (+/- 10 mm) z możliwością przedłużania leża do długości 2520 mm (+/- 10 mm) dla pacjentów wysokiego wzrostu? Oferowane wymiary różnią się nieznacznie od opisanych przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 5 i 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego segmenty leża wypełnione w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia zdejmowanymi, z systemem zabezpieczającym przed przesuwaniem się, poprzecznymi płytami HPL, łatwymi do dezynfekcji, zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację (segment miednicy stalowy, lakierowany proszkowo, zamocowany na stałe w celu zapewniania stabilności leża) – wszystkie segmenty wyposażone w otwory wentylacyjne? Płyty HPL zapewniają wyższą stabilność leża niż panele tworzywowe, ponadto są bardzo odporne na środki dezynfekcyjne, zginanie, uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 6. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Prosimy (w pkt. 6) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka w pełni zgodnego z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) lub równoważną.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 7. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie robocze 220 kg dla każdej pozycji (z certyfikatem TÜV na 220 kg, które w testach wytrzymuje czterokrotność ciężaru, czyli w tym przypadku 880 kg), max. waga pacjenta do 185 kg? Taki parametr pozwoli na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta, blokowane np. na czas transportu łóżka, odblokowywane w łatwy i szybki sposób bez konieczności użycia narzędzi?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 400 mm do 805 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka”? Oferowany zakres różni się nieznacznie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 10. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części plecowej w zakresie  $0^{\circ}$  -  $66^{\circ}$  (+/-  $5^{\circ}$ )? Oferowany zakres jest bardzo zbliżony do wskazanego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 11. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną części nożnej w zakresie  $0^{\circ}$  -  $46^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ )? Oferowany zakres jest lepszy niż wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 12. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego system podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (12 cm) i nóg (4,5 cm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 13. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 14. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej? Pozycja krzesła kardiologicznego jest funkcją niebezpieczną i pacjent nie powinien mieć do niej dostępu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 15. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną pozycję ułatwiającą wejście i zejście z łóżka pacjentowi sterowaną przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 16. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego blokadę funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości
- regulacji części plecowej

- regulacji części nożnej
- regulacja funkcji autokontur
- regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga

Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zewn. i wewn.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 17. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Prosimy (w pkt. 30) o wyrażenie zgody na przyznanie 2 pkt. za łóżko posiadające 5-te koło ułatwiające manewrowanie łóżkiem. Oferowane łóżko posiada standardowo cztery koła jezdne, w tym jedno kierunkowe, a piąte koło jest kołem pomocniczym ułatwiającym manewrowanie łóżkiem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Prosimy (w pkt. 31) o wyrażenie zgody na przyznanie 2 pkt. za łóżko posiadające centralną blokadę wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy przy 2 kołach od strony nóg z kolorystycznym oznaczeniem funkcji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 19. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki, wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 80° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 17°?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 20. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 36) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w barierki tworzywowe poruszające się w segmencie oparcia pleców wraz z tym segmentem – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 21. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 39) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego ograniczniki materaca przy segmencie oparcia pleców i podudzia (po prawej i lewej stronie) zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 22. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 42) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub podwieszenia pod nią centralnego panelu sterowniczego)? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie 23. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 1 i 3 dot. III - Wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca wykonanego z pianki poliuretanowej 28 kg/m<sup>3</sup> w dolnej części oraz pianki viskoelastycznej 50 kg/m<sup>3</sup> w górnej części?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 24. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby każde łóżko było wyposażone w dwa materace? Jeden wskazany jako „III wyposażenie – materac” i drugi wskazany w „wyposażeniu pozostałym” w pkt. 4?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje, aby każde łóżko było wyposażone w dwa materace, jeden wskazany jako „III wyposażenie – materac” i drugi wskazany w „wyposażeniu pozostałym” w pkt. 4.

**Pytanie 25. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 4 dot. III - Wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości 14 cm, pianka o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup>, posiadającego pofałdowane obszary w okolicy pleców i ud w celu poprawienia progresywnej zdolności adaptacji pacjenta i dostosowania powierzchni materaca do anatomicznej budowy ciała, w celu poprawienia krążenia krwi, zmniejszenia ucisku na tkanki oraz zapewnienia optymalnego napowietrzenia i cyrkulacji powietrza, przezierny dla promieni RTG?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 26. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 4 dot. III - Wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, nie rozciągliwym, o wysokości 12 cm, pianka o gęstości 35 kg/m<sup>3</sup>, nie redystrybuującego ciśnienia, przezierny dla promieni RTG?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 27. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy (w pkt. 5 dot. III - Wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużenia leża pacjenta w postaci dodatkowego materaca z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, nie rozciągliwym, pianka o gęstości 30 kg/m<sup>3</sup>, długość przedłużenia 30 cm, wysokość przedłużenia gwarantująca uzyskanie zlicowanej z materacem powierzchni leża pacjenta. (3 szt. dla całości)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 28. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Prosimy (w pkt. 1 dot. IV – informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu) o wyrażenie zgody na to, aby oferowane urządzenie posiadały dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Certyfikat CE – **jeśli dotyczy**

Deklaracja zgodności

Zgłoszenie lub Powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 29. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Prosimy (w pkt. 1) o rezygnację z wymogu: „Powłoka lakiernicza zgodnie z normą EN ISO 10993-5:2009 biologiczna ocena produktów medycznych, Uzasadnienie: Norma EN ISO 10993 dotyczy określenia wpływu wyrobów medycznych na tkanki co nie ma odniesienia do łóżka szpitalnego, jak również w/w norma EN ISO 10993-5:2009 opisuje Biologiczną ocenę wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro. Zatem powyższa norma nie ma odniesienia do łóżek szpitalnych. Oferowane przez nas łóżka posiadają Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta oraz są dopuszczone do używania w placówkach służby zdrowia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 30. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę pantograf tj. cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 31. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wymiary zewnętrzne: długość całkowitą 2220 mm (+/- 10 mm), szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm (+/- 10 mm), łóżko wyposażone w materac o wymiarach 2000 x 850 mm, przystosowany do wymiarów oferowanego leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 32. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie elektryczne 100-240 V?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 33. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 34. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg norm stosowanych przez danego producenta, bez konieczności dołączania protokołu z badań przy dostawie produktu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 35. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym przewody elektryczne znajdują się pod ramą leża, nie są schowane wewnątrz profili?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 36. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców  $0^{\circ} - 66^{\circ}$  (+/-  $5^{\circ}$ )?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 37. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga  $0^{\circ} - 15^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ )?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 38. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga  $0^{\circ} - 18^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ )?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 39. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 40. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 do 815 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 41. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego za pomocą pilota przewodowego z możliwością łatwego wypięcia przez służby techniczne (pilot bez wyświetlacza LCD i nie pracujący w 3 trybach, bez możliwości tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji w pilocie)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 42. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością instalacji go na szczycie łóżka, wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (możliwość selektywnej blokady funkcji podstawowych) – zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie; panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur, zaprogramowanej pozycji wyjściowej, zaprogramowanej funkcji anty-szokowej, zaprogramowanej pozycji egzaminacyjnej, zaprogramowanej pozycji CPR,

zaprogramowanej pozycji krzesła kardiologicznego, posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora (bez wskaźnika podłączenia do sieci)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 43. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Prosimy (w pkt. 13) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za łóżko posiadające segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełniony płytami HPL (segment miednicy stalowy lakierowany proszkowo), segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR, wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 44. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z możliwością przedłużenia leża o 300 mm, dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone pod ramą leża od strony szczytu nóg?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 45. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Prosimy (w pkt. 16) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za łóżko posiadające szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, bez możliwości wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. Oferowane łóżko posiada stabilne leże i nie ma konieczności wykorzystywania płyty szczytowej jako deski reanimacyjnej, ponadto w oferowanym łóżku szczyty w górnej części posiadają wyprofilowane uchwyty ułatwiające przemieszczanie łóżka.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 46. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Prosimy (w pkt. 17) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za łóżko wyposażone w opuszczane tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości z wolną przestrzenią konstrukcyjną pomiędzy szczytem a barierką oraz przestrzenią w przypadku wydłużenia leża (nie zintegrowane ze szczytem łóżka), barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca, w czterech narożnikach tworzywowe krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 o wysokości 44 cm, pod leżem stalowa, lakierowana proszkowo listwa na elementy wyposażenia dodatkowego z przesuwными tworzywowymi haczykami.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 47. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w narożnikach leża 4 krążki odbojowe stożkowe jednoosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 48. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe ograniczniki materaca przy dwóch segmentach leża, dostosowane się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie 49. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Prosimy (w pkt. 22) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za podstawę łóżka jezdnią wyposażoną w podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową, jedno koło antystatyczne, dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg z dostępem po obu stronach łóżka wykonana ze stali nierdzewnej z graficznym oznaczeniem, dodatkowo pod leżem 5 koło ułatwiające manewrowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 50. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Prosimy (w pkt. 22) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za podstawę łóżka jezdnią wyposażoną w podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową, jedno koło antystatyczne, dźwignie hamulca umieszczone od strony nóg po obu stronach łóżka wykonane ze stali lakierowanej proszkowo z kolorystycznym oznaczeniem, dodatkowo pod leżem 5 koło ułatwiające manewrowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 51. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 220 kg (z certyfikatem TÜV na 220 kg, które w testach wytrzymuje czterokrotność ciężaru, czyli w tym przypadku 880 kg)? Taki parametr pozwoli na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 52. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego konstrukcję w kolorze szarym z możliwością wyboru kolorów wkłerek na szczytach, min. 10 kolorów o wyboru? Nadmieniamy, że w zadaniu nr 2.2 Zamawiający nie wymaga, aby łóżka były wyposażone w szafki.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 53. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 1 dot. III – wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca składającego się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej wykonanej z pianki wiskoelastycznej dopasowującej się do kształtu ciała i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację, materac w podziale 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i 10 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR, krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m<sup>3</sup>, wymiary (szer. × dł. × wys.): 200 × 85 × 15 cm, parametry graniczne testu ciśnienia stykowego przy założeniach: wzrost 170 cm oraz waga 65 kg: przy pozycji Fowlera oraz horyzontalnej średnie ciśnienie nie przekraczające 20 mmHg, najwyższy możliwy punkt nacisku przy pozostałych pozycjach nie większy niż 30 mmHg, możliwość prania pokrowca w pralce w temperaturze do 95°C, możliwość czyszczenia pokrowca na sucho (tylko tróchloroetylen), możliwość sterylizacji pokrowca w autoklawie w temperaturze do 134°C, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 54. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 3 dot. III - wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez tworzywowej kieszeni na pilota? W oferowanym łóżku pilot posiada uchwyt umożliwiający zawieszenie go na barierce lub szczytce łóżka od strony głowy lub nóg?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 55. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 4 dot. III - wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe haczyki na worki do zbiórki płynów fizjologicznych - po 8 szt. do łóżka (4 szt. po prawej stronie i 4 szt. po lewej stronie)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 56. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Czy (w pkt. 5 dot. III - wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość przedłużenia leża we wszystkich łóżkach wraz z materacem wypełniającym – 2 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 57. - Dotyczy Zadania nr 2.2**

Prosimy (w pkt. 1 dot. IV – informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu) o wyrażenie zgody na to, aby oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Certyfikat CE – **jeśli dotyczy**

Deklaracja zgodności

Zgłoszenie **lub Powiadomienie** do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 58. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Prosimy (w pkt. 1 dot. II – parametry techniczne oraz III – wyposażenie „kompaktowa szafka przyłóżkowa” w pkt. 12) o rezygnację z wymogu: „Powłoka lakiernicza zgodnie z normą EN ISO 10993-5:2009 biologiczna ocena produktów medycznych, Uzasadnienie: Norma EN ISO 10993 dotyczy określenia wpływu wyrobów medycznych na tkanki co nie ma odniesienia do łóżka szpitalnego, jak również w/w norma EN ISO 10993-5:2009 opisuje Biologiczną ocenę wyrobów medycznych – Część 5: Badania cytotoksyczności in vitro. Zatem powyższa norma nie ma odniesienia do łóżek szpitalnych. Oferowane przez nas łóżka posiadają Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta oraz są dopuszczone do używania w placówkach służby zdrowia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 59. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę pantograf tj. cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka gwarantującą stabilność leża?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 60. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wymiary zewnętrzne: długość całkowitą 2220 mm (+/- 10 mm), szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm (+/- 10 mm), łóżko wyposażone w materac o wymiarach 2000 x 850 mm, przystosowany do wymiarów oferowanego leża? W oferowanym łóżku wymiary materaca są kluczowym elementem jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 61. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie elektryczne 100-240 V?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 62. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 63. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg norm stosowanych przez danego producenta, bez konieczności dołączania protokołu z badan przy dostawie produktu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 64. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym przewody elektryczne znajdują się pod ramą leża, nie są schowane wewnątrz profili?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 65. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° – 66° (+/- 5°)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 66. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0° – 15° (+/- 2°)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 67. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację kąta przechyłu anty-Trendelenburga 0° – 18° (+/- 2°)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 68. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację segmentu podudzia za pomocą sprężyny gazowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 69. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 do 815 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 70. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka sterowanego za pomocą pilota przewodowego z możliwością łatwego wypięcia przez służby techniczne (pilot bez wyświetlacza LCD i nie pracujący w 3 trybach, bez możliwości tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji w pilocie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 71. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w panel sterujący z możliwością podwieszenia go pod półką do odkładania pościeli oraz z możliwością instalacji go na szczycie łóżka, wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (możliwość selektywnej blokady funkcji podstawowych) – zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie; panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur, zaprogramowanej pozycji wyjściowej, zaprogramowanej funkcji anty-szokowej, zaprogramowanej pozycji egzaminacyjnej, zaprogramowanej pozycji CPR, zaprogramowanej pozycji krzesła kardiologicznego posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora (bez wskaźnika podłączenia do sieci)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 72. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na przyznanie 5 pkt. za łóżko posiadające segment oparcia pleców, uda i podudzia wypełnionych płytami HPL (segment miednicy stalowy lakierowany proszkowo), segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR, wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów unieruchamiających pacjenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 73. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z możliwością przedłużenia?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 74. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Prosimy (w pkt. 16) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za łóżko posiadające szczyty wykonane z tworzywa sztucznego, odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy, bez możliwości wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. Oferowane łóżko posiada stabilne leże i nie ma konieczności wykorzystywania



płyty szczytowej jako deski reanimacyjnej, ponadto w oferowanym łóżku szczyty w górnej części posiadają wyprofilowane uchwyty ułatwiające przemieszczanie łóżka.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 75. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Prosimy (w pkt. 17) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za łóżko wyposażone w opuszczane tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości z wolną przestrzenią konstrukcyjną pomiędzy szczytem a barierką oraz przestrzenią w przypadku wydłużenia leża (nie zintegrowane ze szczytem łóżka), barierki opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca, w czterech narożnikach tworzywowe krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami, barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 o wysokości 44 cm, pod leżem stalowa, lakierowana proszkowo listwa na elementy wyposażenia dodatkowego z przesuwными tworzywowymi haczykami.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 76. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego w narożnikach leża 4 krążki odbojowe stożkowe jednoosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 77. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe ograniczniki materaca przy dwóch segmentach leża, dostosowane się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 78. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Prosimy (w pkt. 22) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za podstawę łóżka jezdnią wyposażoną w podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową, jedno koło antystatyczne, dźwignia hamulca umieszczona od strony nóg z dostępem po obu stronach łóżka wykonana ze stali nierdzewnej z graficznym oznaczeniem, dodatkowo pod leżem 5 koło ułatwiające manewrowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 79. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Prosimy (w pkt. 22) o wyrażenie zgody na przyznanie 5 pkt. za podstawę łóżka jezdnią wyposażoną w podwójne koła o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową, jedno koło antystatyczne, dźwignie hamulca umieszczone od strony nóg po obu stronach łóżka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo z kolorystycznym oznaczeniem, dodatkowo pod leżem 5 koło ułatwiające manewrowanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 80. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego bezpieczne obciążenie 220 kg (z certyfikatem TÜV na 220 kg, które w testach wytrzymuje czterokrotność

ciężaru, czyli w tym przypadku 880 kg)? Taki parametr pozwoli na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 81. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego ramę w kolorze szarym oraz szafki w kolorze szarym z możliwością wyboru kolorów wklejek na szczytach łóżka i frontów szafki, min. 10 kolorów do wyboru w celu stworzenia jednolitego stanowiska chorego?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 82. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompaktowej szafki przyłóżkowej o poniższych parametrach?

- Szafka przyłóżkowa dwustronna o konstrukcji wykonanej z kształtowników stalowych, blachy ocynkowanej oraz płyt HPL, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć
- Elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty ruchome narażone na częste działanie (np. prowadnice, elementy regulacji blatu bocznego) – chromowane
- Wszystkie elementy szafki zaokrąglone, ergonomiczne
- Dodatkowy blat boczny zintegrowany z korpusem szafki, posiadający możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej. Sprężyna gazowa i mechanizm regulacji w całości zabudowane, w celu uniknięcia kontaktu pacjenta z elementami mechanicznymi szafki
- Regulacja wysokości dodatkowego blatu w zakresie: 950 - 1160 mm
- Dodatkowy blat o wymiarach 620 x 395 mm z możliwością wysunięcia w poziomie w celu łatwego pozycjonowania nad łóżkiem lub wózkiem
- Dodatkowy blat boczny posiadający możliwość pochylenia 4 pozycjami zablokowania i możliwością ustawienia pod różnym kątem z powyższego zakresu
- Możliwość obrotu blatu bocznego w poziomie o 360° oraz zastosowania go jako dodatkowej półki nad blatem głównym
- Czoła drzwi i szuflad posiadające wyprofilowane jako jednolity element uchwyty do otwierania (nie dopuszcza się uchwytów dokręcanych, wystających poza szufladę i drzwi)
- Szuflada szafki dwustronna, osadzona na prowadnicach gwarantujących płynne i ciche otwieranie. Prowadnice z pozycjonerem / stoperem szuflady, gwarantującym zatrzymywanie jej w odpowiednim miejscu podczas zamykania
- Wewnątrz szafki przestrzeń na rzeczy pacjenta podzielona na 2 strefy. Podział wnętrza za pomocą półki wykonanej z blachy ocynkowanej, zamocowanej na stałe, wykończonej farbą epoksydową
- Na zewnątrz szafki w dolnej części 2 niezależne miejsca na butelki z napojami oraz miejsce na podręczne rzeczy pacjenta (np. kapcie / gazety)
- Wymiary zewnętrzne szafki: szerokość 650 mm, głębokość 400 mm, wysokość do blatu głównego 735 mm

Podstawa szafki wyposażona w krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami oraz koła jezdne o średnicy 50 mm, 2 koła z hamulcem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 83. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 1 dot. III – wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca składającego się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej wykonanej z pianki wiskoelastycznej dopasowującej się do kształtu ciała i zapewniającej rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację, materac w podziale 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i 10 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR, krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m<sup>3</sup>, wymiary (szer. × dł. × wys.): 200 × 85 × 15 cm, parametry graniczne testu ciśnienia stykowego przy założeniach: wzrost 170 cm oraz waga 65 kg: przy pozycji Fowlera oraz horyzontalnej średnie ciśnienie nie przekraczające 20 mmHg, najwyższy możliwy punkt nacisku przy pozostałych pozycjach nie większy niż 30 mmHg, możliwość prania pokrowca w pralce w temperaturze do 95°C, możliwość czyszczenia pokrowca na sucho (tylko tróchloroetylen), możliwość sterylizacji pokrowca w autoklawie w temperaturze do 134°C, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 84. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 3 dot. III - wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez tworzywowej kieszeni na pilota? W oferowanym łóżku pilot posiada uchwyt umożliwiający zawieszenie go na barierce lub szczycie łóżka od strony głowy lub nóg.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 85. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Czy (w pkt. 4 dot. III - wyposażenie) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w tworzywowe haczyki na worki do zbiórki płynów fizjologicznych - po 8 szt. do łóżka (4 szt. po prawej stronie i 4 szt. po lewej stronie)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 86. - Dotyczy Zadania nr 2.3**

Prosimy (w pkt. 1 dot. IV – informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu) o wyrażenie zgody na to, aby oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Certyfikat CE – **jeśli dotyczy**

Deklaracja zgodności

Zgłoszenie **lub Powiadomienie** do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 87. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji wózka wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo opartej na 2 kolumnach cylindrycznych ze specjalną gumowaną osłoną łatwą do dezynfekcji? W oferowanym wózku osłona zabezpiecza mechanizm regulacji w celu wyeliminowania kontaktu pacjenta z elementami mechanicznymi.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 88. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie platformy leża 2-segmentowej wypełnionej płytami z tworzywa HPL, zaokrąglonymi (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwymi do dezynfekcji, odpornymi na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 89. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez możliwości zamontowania pionowego uchwytu na butlę z tlenem?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 90. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rozstawu pomiędzy kolumnami zaprojektowanego przez danego producenta (bez konieczności podawania konkretnych cm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 91. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 92. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka z opuszczonymi barierkami 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 93. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka z podniesionymi barierkami 778 mm (+/- 10 mm)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 94. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów materaca (przestrzeni dla pacjenta) o długości 190 cm i szerokości 65 cm? Oferowana długość jest bardzo zbliżona do wskazanej przez Zamawiającego, natomiast szerokość jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego. W oferowanym wózku wymiary materaca są kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta. Leże zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 95. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 2 segmentowego leża całkowicie przeziernego dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezłowia lub nóg?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.



**Pytanie 96. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego prześwit między leżem, a ramą wózka pozwalający na łatwe i bezpieczne wprowadzanie kasety RTG od strony wezgłowia lub nóg (bez konieczności podawania konkretnych cm)?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 97. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie posiadającego parametrów opisanych w pkt. 14?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 98. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 60 – 92 cm (+/- 1 cm) mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 99. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi i toczenia obsługiwany z dwóch stron wózka (od strony głowy i nóg) pedałami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców; sterowanie kierunkiem jazdy (5-tym kołem) obsługiwane za pomocą dodatkowej dźwigni dostępnej od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 100. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie centralnego systemu blokowania kół obsługiwanego z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną dwupozycyjną – jazda swobodna, hamulec; jazda kierunkowa (5-te koło) obsługiwana za pomocą dodatkowej dźwigni dostępnej od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 101. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierek bocznych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz stali lakierowanej, składanych (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem), górna część barierek wykończona estetycznym, antypoślizgowym lakierem ułatwiająca prowadzenie wózka i nie rysującą ścian?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 102. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barierek bocznych składanych wzdłuż ramy leża w celu zminimalizowania przerw transferowych; na końcu wózka od strony głowy i nóg zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem służącym jako dodatkowe uchwyty do pchania/ciągnięcia wózka?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 103. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu pleców manualnej ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0° do 90° (+/- 2°)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 104. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 24) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym nie ma konieczności uniesienia segmentu nóg w celu łatwiejszego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 105. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga regulowanych hydraulicznie w zakresie +20° / - 20° (+/- 2°) przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka? Oferowane zakresy są lepsze niż wskazane przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 106. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Prosimy (w pkt. 30) o wyrażenie zgody na zaoferowanie materaca piankowego, w pokrowcu nie zawierającym lateksu, z tkaniny wykonanej z poliestru z ognioodporną powłoką poliuretanową, nieprzemakalnym, o grubości 10 cm, mocowanego na rzepy w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 107. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca bez certyfikatu ognioodporności?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 108. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Prosimy (w pkt. 1 dot. III - Wyposażenie) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózka wyposażonego w teleskopowy wykonany ze stali nierdzewnej składany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości (montaż stały) 2 haki, łatwość użycia jedną ręką, obciążenie 4 kg.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 109. - Dotyczy Zadania nr 2.4**

Prosimy (w pkt. 1 dot. IV – informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu) o wyrażenie zgody na to, aby oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Certyfikat CE – **jeśli dotyczy**

Deklaracja zgodności

Zgłoszenie lub Powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 110. - Dotyczy Zadania nr 3 W zakresie wymaganych przedmiotowych środków dowodowych**

Czy z uwagi na to, że w folderach, instrukcjach, katalogach, ulotkach/broszurach, folderach, czy innych ogólnodostępnych materiałach informacyjnych zawarta jest tylko część parametrów i funkcjonalności przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie ogólnej broszury informacyjnej oferowanego wyrobu i oświadczenie producenta o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 111. - Dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści podpisanie umowy o przetwarzaniu danych z wykonawcą, który zawrze umowę na realizację przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź:** W przypadku konieczności zabezpieczania przetwarzania danych w toku realizacji umowy Zamawiający podpisze stosowną umowę.

**Pytanie 112. - Dotyczy Zadania nr 3**

Czy na potrzeby realizacji usług wdrożeniowych, aplikacyjnych, przeglądowych i utrzymaniowych aparatu rtg Zamawiający wyrazi zgodę na zestawienie bezpiecznego szyfrowanego dostępu zdalnego do aparatu rtg z systemem obsługi serwisowej utrzymywanego przez producenta aparatu rtg przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa? Specyfikacja rozwiązania technicznego zostałaaby przedstawiona przez Wykonawcę do ostatecznej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego. Rozwiązanie takie zapewnia szybką realizację wszelkich zadań wynikających z realizacji umowy oraz zleconych przez Zamawiającego niewymagających bezpośredniego dostępu do aparatu (np. modyfikacje użytkowe i aplikacyjne oprogramowania, aktualizacja wersji oprogramowania do bieżącej, analiza logów, zebranie informacji diagnostycznych przed wizytą serwisową na miejscu itp).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 113. - Dotyczy Zadania nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 114. - Dotyczy Zadania nr 3**

Zamawiający wymaga – załącznik nr 2 pkt. IV.5 „Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)”. Z uwagi na fakt, iż aparaty rtg zbudowane są z tysięcy części, elementów, a wymóg Zamawiającego odnosi się do ogólnie 3 napraw, w praktyce dla wykonawcy przy nawet 3 różnych, drobnych niekoniecznie awariach, a drobnych usterkach, które mogą być bez istotnego wpływu nawet na bieżące funkcjonowanie / sprawność całego systemu, oznaczałoby to konieczność wymiany całego systemu na nowy. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację brzmienia – „Liczba napraw uprawniających do wymiany elementu / podzespołu urządzenia na nowy (3 naprawy), a w przypadku braku możliwości skutecznej naprawy urządzenia w sposób inny niż poprzez jego wymianę na nowy, wymiana urządzenia na nowe.” Wymóg w takim brzmieniu w naszej ocenie jest adekwatnym, proporcjonalnym oczekiwaniem, zgodnym z zasadą racjonalności i efektywności również ekonomicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że stwierdzenie „Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)” dotyczy wykonania 3 napraw tego samego elementu aparatu.

**Pytanie 115. - Dotyczy Zadania nr 3**

Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami umowy „Na elementy wymieniane lub/i naprawiane, okres gwarancji biegnie od nowa od momentu naprawy lub/i wymiany danego elementu.”. Wnosimy o modyfikację do brzmienia „Na elementy wymieniane na nowe gwarancja na okres zgodnie z warunkami producenta, jednak nie krótszym niż do upływu okresu gwarancji całego przedmiotu umowy. W przypadku usuwania usterek poprzez wymianę części na nowe w naszej ocenie nadmiernym i nieuzasadnionym jest wymaganie, aby dla tych części okres gwarancji biegł od nowa – w szczególności z uwagi na fakt, iż jest to realizowane w ramach serwisowej usługi gwarancyjnej, a nie realizacja nowej dostawy. Co do zasady producenci oferują elementy / części zamienne z maksymalnie 12 miesięcznym okresem gwarancji – Zamawiającemu będzie przysługiwała obsługa gwarancyjna zgodnie z umową dla całego systemu przez zakontraktowany z wykonawcą okres gwarancji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 116. - Dotyczy Zadania nr 3**

Zamawiający wymaga – umowa §6 ust. 4: „Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do:

- 1) przenoszenia urządzeń związanego ze zmianą miejsca jego wykorzystania,
- 2) dysponowania zakupionym sprzętem, w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu, gwarancja przechodzi na nowego właściciela.”

Wnosimy w zakresie pakietu nr 3 (aparat rtg) do dopuszczenia modyfikacji zapisu do brzmienia jak niżej, „Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do : 1) przenoszenia urządzeń związanego ze zmianą miejsca jego wykorzystania w ramach placówki Zamawiającego 2) dysponowania zakupionym sprzętem - w razie sprzedaży lub innej formy przekazania sprzętu, gwarancja przechodzi na nowego właściciela z zastrzeżeniem, że wyłącznie w przypadku użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku odbycia przez nowego użytkownika odpłatnego szkolenia przeprowadzonego przez autoryzowanego przez producenta przedstawiciela.” Wskazujemy w szczególności, że warunki gwarancji określa producent systemu, a także, że oferta jest dostosowana do precyzyjnych i jednoznacznych zapisów oraz wymogów SWZ. Proponowany przez Zamawiającego zapis oznacza w praktyce dowolne dysponowanie cyfrowym aparatem rtg, w tym jego możliwość sprzedaży lub przekazania również podmiotom zagranicznym do użytku w praktyce na całym świecie. Informujemy, iż nie jest możliwym świadczenie określonych warunków gwarancji w zaoferowanej cenie w każdym miejscu i okolicznościach. Dodatkowo przekazanie tak złożonego i o istotnym znaczeniu diagnostycznym dla życia pacjentów systemu nieupoważnionym, nie przeszkolonym podmiotom / osobom jest obarczone wysokim ryzykiem – w związku z powyższym wnosimy o uznanie proponowanej modyfikacji zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża dopuszcza ww. modyfikację.

**Pytanie 117. - Dotyczy Zadania nr 3**

W zakresie kar umownych, czy dla pakietu nr 3 Zamawiający dopuści, aby kara w zakresie §7 ust. 4 wynosiła 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia? W naszej ocenie to wartość proporcjonalna, realizująca swoją funkcję i cel.



**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 118. - Dotyczy Zadania nr 3**

W zakresie konieczności dostawy wraz ze sprzętem: „skróconą instrukcję obsługi i BHP w formie załaminowanej,” prosimy o potwierdzenie, że wyłącznie w sytuacji „jeśli dotyczy”. Wg naszej wiedzy producent aparatu rtg nie posiada co do zasady jednokartkowych skróconych instrukcji z uwagi na specyfikę oferowanego urządzenia. Wraz z dostawą zostanie dostarczony zestaw podręczników / instrukcji użytkowania, a także dezynfekcji, konserwacji oraz innych dokumentów zapewnianych przez producenta jako niezbędnych do przekazania użytkownikom.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 119. - Dotyczy Zadania nr 3**

Zamawiający wymaga dostawy cyfrowego przyłóżkowego aparatu rentgenowskiego w okresie 2 tygodni – w przypadku nowego aparatu rtg z 2023 roku tj. z bieżącej linii produkcyjnej aparat rtg zasadniczo realizowany jest kilkutygodniowy cykl produkcyjny, dodatkowo konieczna jest logistyka, instalacja, szkolenia. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia publicznego może spowodować, że tylko bardzo niewielka grupa wykonawców, bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co w sposób zasadniczy może doprowadzić do złożenia wygórowanej cenowo oferty i tym samym doprowadzić do naruszenia zasady racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zaoferowania nowego cyfrowego przyłóżkowego aparatu rentgenowskiego, jednak wyprodukowanego w latach wcześniejszych (nie później niż w 2021 r) - takie systemy mogą być w dyspozycji wykonawców do realizacji szybkiej dostawy lub w przypadku podtrzymania 2023 roku produkcji do wydłużenia terminu realizacji do 8 tygodni.

**Odpowiedź:** W zależności od roku produkcji Zamawiający przyjmuje odpowiednio termin dostawy: do 2 tygodni dla aparatu nie starszego niż 2022 rok lub do 8 tygodni dla aparatu z 2023 roku.

**Pytanie 120. - Dotyczy Zadania nr 3**

Zamawiający dla pakietu nr 3 wymaga:

Lp.	Opis parametrów	Parametry graniczne	Parametry oferowane – należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr	Punktacja
11.	Dostęp do ustawień serwisowych i instrukcja serwisowa - przekazanie z końcem gwarancji	Tak		Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.

Zamawiający obligatoryjnie wymaga wskazując w kolumnie „parametry graniczne” TAK dla dostępu do ustawień serwisowych i instrukcji serwisowej do przekazania z końcem gwarancji, jednocześnie punktacja TAK / NIE wskazuje na opcjonalność tego wymogu. Jednakowoż niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty, dlatego wnosimy o wyjaśnienie oczekiwań Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający w zakresie Parametrów granicznych poprawia załącznik nr 2 zmieniając w kolumnie „parametry graniczne” na TAK / NIE

**Pytanie 121. - Dotyczy Zadania nr 3**

Zamawiający dla pakietu nr 3 wymaga:

Lp.	Opis parametrów	Parametry graniczne	Parametry oferowane – należy podać i szczegółowo opisać każdy oferowany parametr	Punktacja
11.	Dostęp do ustawień serwisowych i instrukcja serwisowa - przekazanie z końcem gwarancji	Tak		Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt.

W ramach postępowania Zamawiający dokona zakupu urządzeń o różnym stopniu skomplikowania, jednakże dla pakietu nr 3 tj., aparatu rtg wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie takiego dostępu i dokumentacji serwisowej udostępnianego do publicznej wiadomości przez producenta systemu. W szczególności, że wystarczające będzie przekazanie oprócz standardowych instrukcji użytkownika dodatkowych informacji i instrukcji na temat diagnozy podstawowych problemów, utrzymania/dezynfekcji, przeprowadzania czynności konserwacyjnych i przeglądowych dostarczanych urządzeń, a także poprzez zapewnienie możliwości korzystania z oprogramowania aparatu rtg na poziomie użytkownika kluczowego (tzw. key user), dostęp do oprogramowania stacji akwizycyjnej dla systemów DR z uprawnieniami administratora szpitalnego. Prośba podyktowana jest faktem, że producenci nie udostępniają pełnej dokumentacji serwisowej, która jest dokumentem poufnym, wewnętrznym producenta, nadto są to zaawansowane systemy mające wpływ na diagnozę, funkcje życiowe pacjentów, tym samym ingerencja ze strony osób trzecich wiąże się z ryzykiem również klinicznym

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że Zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie takiego dostępu i dokumentacji serwisowej udostępnianego do publicznej wiadomości przez producenta systemu. W szczególności, że wystarczające będzie przekazanie oprócz standardowych instrukcji użytkownika dodatkowych informacji i instrukcji na temat diagnozy podstawowych problemów, utrzymania/dezynfekcji, przeprowadzania czynności konserwacyjnych i przeglądowych dostarczanych urządzeń, a także poprzez zapewnienie możliwości korzystania z oprogramowania aparatu rtg na poziomie użytkownika kluczowego (tzw. key user), dostęp do oprogramowania stacji akwizycyjnej dla systemów DR z uprawnieniami administratora szpitalnego.

**Pytanie 122. - Dotyczy Zadania nr 3 Specyfikacja techniczno – eksploatacyjna, IV - Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu, punkt 14**

Zamawiający wymaga przy dostawie, aby podać „Wartość brutto każdego elementu zestawu Lista w formie papierowej i elektronicznej – plik w formacie .xls (wg załączonego wzoru pliku)”. Wnosimy o potwierdzenie, że „element zestawu” w przypadku pakietu nr 3 jest jednoznaczny z wartością aparatu rtg 1 szt. Załącznikiem, o którym mowa jest formularz asortymentowo-cenowy udostępniony wraz z SWZ. Zamawiający opisuje w specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej parametry elementów stanowiące integralną część aparatu rtg jako takiego, oferowanego w całości jako jeden system posiadający certyfikację, nie zaś jako zestaw poszczególnych części / elementów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 123. - Dotyczy Zadania nr 3**

Zamawiający w umowie wskazuje obowiązek wykonawcy do realizacji „Co najmniej jednego dodatkowego szkolenia pracowników, w terminie późniejszym, jeżeli wystąpi taka konieczność i zostanie ona zgłoszona Wykonawcy przez Zamawiającego” jednocześnie w specyfikacji techniczno-eksploatacyjnej określa „Drugie szkolenie nieodpłatne w zakresie obsługi aparatu dla

personelu medycznego po miesiącu od uruchomienia.”. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w praktyce wymaga realizacji standardowo szkoleń użytkowników po instalacji aparatu rtg, a także jednego dodatkowego tj. drugiego szkolenia nieodpłatnego po miesiącu po uruchomieniu systemu.

**Odpowiedź:** Termin dodatkowego szkolenia pracowników zostanie zgłoszony Wykonawcy przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy.

**Pytanie 124. - Dotyczy Zadania nr 3**

Prosimy o dopuszczenie, aby czas podjęcia naprawy przez serwis również był liczony w dni robocze (w aktualnym stanie wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług również w niedziele i święta), co wiąże się z koniecznością zapewnienia dla konkretnego Zamawiającego dyspozycyjnego serwisu. Producent oferuje autoryzowane usługi serwisowe standardowo w dni robocze.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 125. - Dotyczy Zadania nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycję w zadaniu nr 2 lub czy Zamawiający wydzieli w Zadaniu nr 2 łóżka elektryczne (7 szt.) oraz łóżka elektryczne z wyposażeniem (6 szt.) do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 126. - Dotyczy Zadania nr 2**

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 2 pozycje 1,4,5 (zgodnie z Załącznikiem nr 2A - formularz asortymentowo cenowy) i utworzy z nich oddzielny pakiet, co pozwoli większej ilości oferentów na złożenie oferty?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 127. - Dotyczy Zadania nr 2.1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz.1 urządzenie wyprodukowane w 2022 roku- łóżko elektryczne przezierne z wyposażeniem fabrycznie nowe, niepowystawowe, z gwarancją taką samą jak dla urządzenia wyprodukowanego w 2023 roku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 128. - Dotyczy Zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 poz.4,5 urządzenia wyprodukowane w 2022 roku- wózki transportowe fabrycznie nowe, niepowystawowe, z gwarancją taką samą jak dla urządzenia wyprodukowanego w 2023 roku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 129. - Dotyczy Zadania nr 5 Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 3**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat usg wyposażony w mechaniczną regulację wysokości w zakresie 29 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 130. - Dotyczy Zadania nr 5 Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 6**

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat usg posiadający wbudowaną baterię i pozwalający na 120 minut nieprzerwanej pracy po odłączeniu od zasilania

z sieci elektrycznej? Podany czas pracy jest dostępny podczas pracy na podstawie jezdnej jak i po demontażu z podstawy, gdzie aparat można wykorzystać jako urządzenie przenośne.

Zważywszy na wymóg w punkcie II podpunkt 3 gdzie, Zamawiający wymaga urządzenia zintegrowanego z podstawą jezdnią, to czy ocena punktowa dotycząca czasu pracy na wbudowanej baterii będzie brana pod uwagę po demontażu urządzenia z podstawy jezdnej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 131. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w ekran LCD 15" 1024x768 z możliwością powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 132. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 21 i 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego zakres penetracji wynosi 1,5 – 40 cm ze zmianą co 1,3 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 133. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 6 różnych prędkości prezentacji trybu M-mode?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 134. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 5 linii w trybie pracy skrzyżowanych ultradźwięków?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 135. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 33

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 8 map szarości do wyboru?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 136. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 39 i 40

Czy Zamawiający dopuści urządzenie pozbawione regulacji LGC ale w zamian posiadające poziomą regulację kompensacji głębokościowej gain'u w 6 niezależnych strefach?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 137. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 45

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dysk SSD o pojemności 128 GB pozwalający zapisać ponad 350 000 obrazów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 138. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu II Parametry techniczne podpunkt 44

Prosimy o wyjaśnienie. Czy pod wymogiem "Platforma edukacyjna w zakresie anestezjologii" Zamawiający rozumie atlas anatomiczny obejmujący: blokady, badania jamy brzusznej oraz echokardiografii?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający ma na myśli atlas anatomiczny.

**Pytanie 139. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu III Wyposażenie podpunkt 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające głowicę liniową o zakresie częstotliwości 3,5-16MHz bez możliwości sterowania niektórymi funkcjami za pomocą przycisków? W zamian oferowane urządzenie posiada możliwość sterowania głosowego niektórymi funkcjami.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 140. - Dotyczy Zadania nr 5** Dotyczy punktu III Wyposażenie podpunkty 8 i 12

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę convex 1,0 – 5,7 MHz, 128 elementową bez sterowania za pomocą przycisków? Oferowana głowica convex posiada znacznie szerszy kąt skanowania 61 stopni oraz głębokość penetracji do 40 cm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 141. - Dotyczy Zadania nr 5**

Czy Zamawiający zgodzi się wymagać aby wraz z dostarczonym urządzeniem został przeprowadzony kurs poświęcony blokadom regionalnym potwierdzony certyfikatem.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

PREZES ZARZĄDU  
Robert Mazur

Sporządził: Monika Kowalska



