

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce**

Pismo: drobny sprzęt med./266/2019/20

Siedlce dnia: 2019-06-24

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawa rękawic medycznych, drobnego sprzętu j.u., materiałów do sterylizacji, drobnego sprzętu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Dotyczy zadania 26 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższej części Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMS o lepszej gramaturze zapewniającej wyższą jakość materiału, tj. 45 g/m², lamówki w białym kolorze. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź - tak

Dotyczy zadania 58 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści rękawice o teksturze biskoptowej z dodatkową teksturą na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź - tak

Dotyczy zadania 58 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści mocowanie potrójne złożone z pojedynczych mocowań posiadających system mocowania kolumnowego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź - tak

Dotyczy zadania 59 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższej pozycji dopuści rękawice o grubościach palec: 0.40 mm, Dłoń: 0.35 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź - tak

Dotyczy zadania 60 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z Zapytaniem czy w powyższej części Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMMMS o gramaturze materiału podstawowego 35 g/m² plus dodatkowa gramatura wzmocnień 40 g/m² – łącznie 75 g/m². Rękaw typy reglan ułatwiający swobodę ruchów. Posiadający dwie naklejki transferowe. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź - tak

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Sprawę prowadzi – Anna Jastrzębska

Zamawiający
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz