

Krynica-Zdrój dnia: 2024-10-10

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego.

Numer referencyjny: 20WSzU-R.ZP.2611.18.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dot. Część 1

Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

Czy Zamawiający dopuści aparat o nie gorszych, niższych parametrach?

Aparat do wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej i stymulacji elektromagnetycznej emField Pro. Zabiegi z wykorzystaniem wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, oprócz efektywnej redukcji bólu, minimalizują napięcie mięśniowe, wspomagają cyrkulację krwi i aktywują procesy regeneracyjne organizmu, cechując się małą ilością przeciwwskazań do terapii.

Wskazania kliniczne:

- ból odcinka szyjnego
- zamrożony bark
- syndrom cieśni nadgarstka
- bóle odcinka lędźwiowego
- rwa kulszowa
- bóle miednicy
- tendinopatia więzadła rzepki
- reumatoidalne zapalenie stawów
- leczenie złamań
- regeneracja nerwów

Dane techniczne:

Moc magnetyczna: 3 tesle (duży aplikator)

2,5 tesli (średni aplikator)

Kanały: 2

Częstotliwość: 1 - 150 Hz

Protokoły zabiegowe: 20 programów, 20 ulubionych, 20 programów w trybie eksperta

Czas zabiegu: 1 - 60 min

Wyświetlacz: 8" dotykowy LCD i centralny przycisk sterujący

Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 542 x 501 x 993

Waga: ok. 60 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści proponowane urządzenie.

Zamawiający dopuści każde urządzenie spełniające warunki zawarte w SWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
20 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
SPZOZ w Krynicy-Zdroju
mgr Bogdan KALUCKI