

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 15/15PN/2019/17

Bytom dnia: 2019-06-19

## **ODPOWIEDŹ** **na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Pakiet 47** – Taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą beznapięciową.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 47 taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT) o szerokości 11 mm i długości 450 mm + pętelki z dwóch stron (całkowita długość 740 mm), taśma nierozciągliwa, nie strzępi się podczas implantacji. Wykonawca nieodpłatnie przekazuje narzędzia wielorazowe zarówno do drogi załonowej i transobturacyjnej, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

**Pakiet 113** – Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w Pakiecie nr 113:

**poz. 1** taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT) o szerokości 11 mm i długości 450 mm + pętelki z dwóch stron, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1,25 mm<sup>2</sup>, taśma w plastikowej osłonce. Wykonawca nieodpłatnie przekazuje narzędzia wielorazowe zarówno do drogi załonowej i transobturacyjnej, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

**poz. 2** taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (uniwersalna, do TOT i TVT) o szerokości 11 mm i długości 450 mm + pętelki z dwóch stron, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, wielkość porów 1,25 mm<sup>2</sup>, taśma w plastikowej osłonce. Wykonawca nieodpłatnie przekazuje narzędzia wielorazowe zarówno do drogi załonowej i transobturacyjnej, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Nie, Zamawiający nie dopuszcza.*

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

