

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji

Szpitalna 60
16-400 Suwałki

L.dz. SZW.DZI. 262.236.26/TP/WU/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i otwartych.
Numer referencyjny: 26/TP/WU/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Dział Zamówień i Inwestycji**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Uczestnik 1

Cześć 7

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie dl. kabla 5 m.

Odpowiedź: Nie

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie igły fi 0,8 mm i dl. 23 mm.

Odpowiedź: Nie

poz. 6-9

Prosimy o dopuszczenie pincet z końcówkami nieprzywierającymi wykonanymi ze stopu srebra.

Odpowiedź: Nie

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 3,2x26 mm.

Odpowiedź: Nie

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie dl. 225 mm.

Odpowiedź: Nie

poz. 7 Prosimy o dopuszczenie dl. 165 mm.

Odpowiedź: Nie

poz. 9 Prosimy o dopuszczenie dl. 165 mm i końcówki 8mm x 1mm.

Odpowiedź: Nie

poz. 5, 10 Prosimy o dopuszczenie dl. kabla 5 m.

Odpowiedź: Nie

poz. 5, 10 Prosimy o dopuszczenie kabli z gwarancją na 50 cykli sterylizacji.

Odpowiedź: Nie

Uczestnik 2

Część 7, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do elektrod monopolarnych o długości 145mm, gniazdo 4 mm z sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem elektrod, 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem o dl. 5 m., wtyczka 3 pin oraz uchwyt do elektrod monopolarnych o długości 160mm, gniazdo 4 mm z sześciokątnym zabezpieczeniem przed

obrotem elektrod, 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, z kablem o dl. 4 m., wtyczka współosiowa Koax do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę igłową, prostą, o długości 55 mm, do trzonka Ø 4mm, o dl. igły 22 mm, o Ø igły 0,7 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową, prostą, o długości 55 mm, do trzonka Ø 4mm, wymiary ostrza 3,0mm x 25mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę nożową, prostą, o długości 53 mm, do trzonka Ø 4mm, wymiary noża 25 x 3,0 mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, o długości 5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa Ø6,3mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, o długości 220 mm, szerokość części roboczej 2mm, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste, o długości 160 mm, szerokość części roboczej 1mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z odgiętą końcówką, o długości 195 mm, szerokość części roboczej 2mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści szczypce bipolarne NON-STICK, pokryte powłoką nieprzywierającą, proste z odgiętą końcówką, o długości 160 mm, szerokość części roboczej 1mm, tępą, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny do szczypiec, o długości 5m, wtyczka od strony aparatu żeńska symetryczna Ø2/6mm (typ Martin) lub 2-bolcowa 28,60 mm lub okrągła typ Erbe ; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji - do wyboru przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 11:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prostą, o śr. 4 mm, o długości 128 mm, do trzpienia o śr. 4 mm?

Odpowiedź: Nie

Część 7, pozycja 12:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę kulkową, prosta, o śr. 6 mm, o długości 130 mm, do trzpienia o śr. 4 mm ?

Odpowiedź: Nie

Uczestnik 3

Część 1

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, uniwersalną rękojeść staplera laparoskopowego liniowego tnącego, do 25 wystrzeżeń podczas jednego zabiegu, z możliwością zginania (artykulacji) non-stop w zakresie 45 stopni w obu kierunkach, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź: Tak

Zamawiający

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Adam Szałanda