

Poznań dnia: 2024-02-12

UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Adaptacja pomieszczeń oddziałów w Szpitalu przy ul. Przybyszewskiego 49 dla celów relokacji Oddziałów z ul. Grunwaldzkiej.

Numer referencyjny: DZP/14/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **UNIwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Z uwagi na wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty, oraz brakiem możliwości obycia jej przez potencjalnego Wykonawcę w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego, prosimy o wyznaczenie kolejnego terminu wizji lokalnej. Proponowany przez nas termin to: 08.05.2024 r.

Odpowiedź: We wskazanym przez Państwa terminie tj. 08.05.2024 r. nie będzie możliwości odbycia wizji lokalnej, ponieważ postępowanie będzie rozstrzygnięte oraz w trakcie realizacji prac. Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Pytanie nr 2

W przedmiotowym postępowaniu mają Państwo mnóstwo pozycji uproszczonych bez jakichkolwiek danych (Rozbudowy szaf RACK , rozdzielnic elektrycznych, systemów przywoławczych, panele nadłóżkowe z wyposażeniem itp. demontaże, programowania...) W temacie szaf dystrybucyjnych i rozdzielnic elektrycznych brak opisu, schematu ... W temacie systemów przywoławczych brak ilości i projektu.. W temacie paneli nadłóżkowych, nie wiadomo, czy mamy je przyjmować do wyceny? jakie mają te panele posiadać typ i kategorie osprzętu, złączy, gazów itp. ? Prosimy o doprecyzowanie...

Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie opracowywania odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielone w późniejszym terminie.

Pytanie nr 3

W kosztorysie nie uwzględniono uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych, czy należy doliczyć?

Odpowiedź: Należy doliczyć.

Pytanie nr 4

Czy w przypadku zmiany grzejników zostanie spuszczone woda z pionów, czy należy wycenić mrożenie gałęzek?

Odpowiedź: Należy wycenić mrożenie gałęzek.

Pytanie nr 5

Dzień dobry, Zgodnie z zapisem w punkcie 3.2 SWZ zwracam się z wnioskiem o wyznaczenie innego terminu odbycia wizji lokalnej niż określony w SWZ. Proszę o wyznaczenie dogodnego dla Państwa terminu, dostosujemy się do niego. Pragnę nadmienić iż odbyliśmy już wizję lokalną dotyczącą tej inwestycji w poprzednim, unieważnionym, postępowaniu (DZP/159/2023) w dniu 22.01.2024. Mając nadzieję iż pomoże to w spełnieniu wymogu odbycia wizji lokalnej załączam skan protokołu z wykonanej już poprzednio wizji.

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza dodatkowy termin do odbycia wizji lokalnej w przedmiotowym postępowaniu na dzień 20.02.2024 r. godzina 7:00 – wymagalna jest punktualność.

Pytanie nr 6

Proszę o wskazanie gdzie w pliku "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" ZIP lub innym są kosztorysy w ATH. Po pobraniu w/w pliku wszystkie dokumenty są w PDF. Zamawiający wskazuje iż istnieją pliki ATH proszę o wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż doszło do omyłki i nie udostępnia kosztorysów ATH, co zostało wyjaśnione w poprawionych Wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 02.02.2024 r.