

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

ul. Dworcowa 31

44-145 Pilchowice

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Dostawy odczynników laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego dla Szpitala w Pilchowicach"** – znak sprawy **05/ZP/2021/K**.

Zamawiający, **Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Pakiet 16

Czy wymieniona maska "twarzowa" na obejmować oczy nos i usta ?

Czy wymieniona maska ma być tzw dla jednego pacjenta, czy ma być wielorazowa ?

Pakiet 17

Jakiej długości ma być dostarczona kaniula do polisomnografu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia opis w arkuszu asortymentowo cenowym (załącznik nr 4 do SWZ) zadanie nr 16 Maski respiratorowa, twarzowa, wielorazowa, obejmująca nos i usta, rozmiar S/M/L.

Zamawiający zmienia opis w arkuszu asortymentowo cenowym (załącznik nr 4 do SWZ) zadanie nr 17 Kaniula do polisomnografii, wyposażona w filtr zabezpieczający przed dostaniem się wilgoci do urządzenia, o długość do 90 cm. Kaniula musi być kompatybilna do systemu NOX Medical.

Zamawiający