

EP.26.45.2025

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2025r.

**ODPOWIEDZI  
na zapytania do SWZ.**

Dotyczy: postępowania na „**Zakup i sukcesywną dostawę sprzętu do angioplastyki wieńcowej dla potrzeb Szpitala Wolskiego Sp. z o. o.**” – sprawa nr EP/42/2025/BT.

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Zakup i sukcesywną dostawę sprzętu do angioplastyki wieńcowej dla potrzeb Szpitala Wolskiego Sp. z o. o.**” – sprawa nr EP/42/2025/BT, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Dotyczy zadania nr 10**

**Czy Zamawiający dopuści najwyższej jakości cewniki przedłużające dla cewników prowadzących o następujących parametrach:**

- dostępne rozmiary : 6F, 7F i 8F oraz 6F Long,
- średnice wewnętrzne : 6F - 0,057" (1,45mm) / 7F - 0,063" (1,60mm) / 8F - 0,072" (1,83mm),
- długość systemu 150cm,
- szaft typu hypotube,
- pokrycie hydrofilne,
- zbrojenie na całej długości kanału roboczego,
- marker radiocieniujący 2mm od końca dystalnego,
- znaczniki pozycjonujące na 90 cm i 100 cm,
- długość kanału roboczego 25cm dla 6F, 7F i 8F oraz 40cm dla 6F Long (dla dostępu promieniowego).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.**

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Beata Tarach