



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

Znak sprawy: ZP.072. 2020

Warszawa, dnia 27.11.2020r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (01)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) dokonujemy wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa łóżek szpitalnych zachowawczych wraz z wyposażeniem

1. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne (16 szt.) bez przedłużenia leża, ale z możliwością zamontowania barierki uzupełniających lub łóżko z przedłużeniem leża, ale bez możliwości zamontowania barierki uzupełniających?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści łóżka hydrauliczne (16 szt.) z przedłużeniem leża, bez możliwości zamontowania barierki uzupełniających

W imieniu Zamawiającego