

Bytom dnia: 2025-02-10

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 63

Pytanie nr. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 107, pozycji 5,6 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?

Obecna forma pakietu zawęży krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozzerwalną całość. W tym przypadku



nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozzerwalnie złożone.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, pakiet nr 106

Dot. poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści- Wymazówki z podłożem AMIES bez węgla, plastikowe, sterylne, dł. wymazówki 147.00 mm \pm 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm, pakowane indywidualnie, wacik wiskoza?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, pakiet nr 106

Dot. poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści- Wymazówki w probówce z podłożem AMIES z węglem sterylne, plastikowe, dł. wymazówki 147.00 mm \pm 2.00 mm, długość wymazówki razem w korkiem, w którym jest umocowana ok. 165 mm wacik wiskozowy, pakowane indywidualnie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

