

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z zapytaniem w zakresie pakietu nr 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 testów z oceną pasków półilościową, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas (EAST) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 5 oraz nr 7 testów zawierających 33 alergenów na każdym pasku testowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę (do najmniej 30 alergenów)

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 1: 4 różnych paneli pokarmowych, na każdym z nich po 10 alergenów, z możliwością wyboru na etapie zakupu? Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Zamawiającego, dopasowując rodzaj panelu do jego aktualnych potrzeb diagnostycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 2: 4 różnych paneli oddechowych, na każdym z nich po 10 alergenów, z możliwością wyboru na etapie zakupu? Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Zamawiającego, dopasowując rodzaj panelu do jego aktualnych potrzeb diagnostycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 testu zawierającego 14 alergenów na każdym pasku testowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę (co najmniej 6 alergenów)

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 testu zawierającego 8 alergenów na każdym pasku testowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę (co najmniej 6 alergenów)

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, których termin ważności wynosi 10 miesięcy od momentu dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

